

MOONPO VINA

Lô CN-ET, Khu công nghiệp Đồng Văn IV,
Phường 3 & 4, Hồ Chí Minh

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-126

Object/Tên thiết bị: Feeler gauge/ Thước lá Calibration Date /Ngày thực hiện: 21/05/2026
 Manufacturer/Nhà sản xuất: Due Date/Hạn hiệu chuẩn: 21/05/2027
 Model/Kiểu: Result/Kết quả hiệu chuẩn: PASS
 Asset/Số quản lý: PIE05611 Calibration Location/Nơi thực hiện: MOONPO VINA
 Range/Dải đo: 0.05-2.00mm Environment/Điều kiện môi trường: 25.4°C/54.8%RH
 Procedure/ Quy trình hiệu chuẩn: WI-PIE
 STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
PIE03918 (51235)	Shanliang	D15MT	19/5/2027	MPVN-2026-62

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1.Measuring function/Chức năng đo

Range Dải đo (mm)	Nominal Giá trị thiết lập(mm)	MPE	Lần 1 No.1	Lần 2 No.2	Lần 3 No.3	Lần 4 No.4
0.020	0.020	0.005	0.020	0.020	0.020	0.020
0.040	0.040	0.005	0.040	0.040	0.040	0.040
0.080	0.080	0.005	0.081	0.080	0.080	0.082

Range Dải đo	Nominal Giá trị thiết lập(mm)	Lower Limited Giới hạn dưới	Reading Average Giá trị đọc trung bình	Upper Limited Giới hạn trên	Result Kết quả
0.020	0.020	0.015	0.020	0.025	Pass
0.040	0.040	0.035	0.040	0.045	Pass
0.080	0.080	0.075	0.081	0.085	Pass

Range Dải đo (mm)	Nominal Giá trị thiết lập(mm)	MPE	Lần 1 No.1	Lần 2 No.2	Lần 3 No.3	Lần 4 No.4
0.120	0.120	0.005	0.120	0.120	0.120	0.120
0.160	0.160	0.005	0.161	0.160	0.160	0.160
0.240	0.240	0.005	0.240	0.240	0.240	0.240

Range Dải đo	Nominal Giá trị thiết lập(mm)	Lower Limited Giới hạn dưới	Reading Average Giá trị đọc trung bình	Upper Limited Giới hạn trên	Result Kết quả
0.120	0.120	0.115	0.120	0.125	Pass
0.160	0.160	0.155	0.160	0.165	Pass
0.240	0.240	0.235	0.240	0.245	Pass

Range Dải đo (mm)	Nominal Giá trị thiết lập(mm)	MPE	Lần 1 No.1	Lần 2 No.2	Lần 3 No.3	Lần 4 No.4
0.280	0.280	0.005	0.280	0.281	0.282	0.280
0.320	0.320	0.005	0.320	0.320	0.320	0.320
0.360	0.360	0.005	0.360	0.360	0.360	0.360

Range Dải đo	Nominal Giá trị thiết lập(mm)	Lower Limited Giới hạn dưới	Reading Average Giá trị đọc trung bình	Upper Limited Giới hạn trên	Result Kết quả
0.280	0.280	0.275	0.281	0.285	Pass
0.320	0.320	0.315	0.320	0.325	Pass
0.360	0.360	0.355	0.360	0.365	Pass