



GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-68

Object/Tên thiết bị:	Digital Multimeter	Calibration Date/Ngày thực hiện:	20/05/2026
Manufacturer/Nhà sản xuất:	Twinxer	Due Date/Hạn hiệu chuẩn:	20/05/2027
Model/Kiểu:	TM-197	Result/Kết quả hiệu chuẩn:	PASS
Asset/Số quản lý:	50627	Calibration Location/Nơi thực hiện:	MOONPO VINA
Range/Dải đo:	DC, Amp, Ω	Environment/Điều kiện môi trường:	25.3°C/55.3%RH
Procedure/Quy trình hiệu chuẩn:	Quy trình hiệu chuẩn đồng hồ vạn năng		

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
1	HIOKI	DT4282	01/04/27	TSG-644666
2	Power Supply	KA3005D	15/05/2027	MPVN-2026-59
3	Điện Trở 360 Ω		15/05/2027	MPVN-2026-60

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều

Range Dải đo	Measuring instrument value Giá trị phương tiện đo	Standard device value Giá trị thiết bị tiêu chuẩn	MPE (±) 1%	Độ lệch %	Độ lệch %
mV	353.3	351.12	(±) 1%	0.62	Pass
V	3.732	3.7011	(±) 1%	0.83	Pass
V	30.27	30.026	(±) 1%	0.81	Pass

2. Diode Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác Ampe

Range Dải đo	Measuring instrument value Giá trị phương tiện đo	Standard device value Giá trị thiết bị tiêu chuẩn	MPE (±) 1%	Độ lệch %	Độ lệch %
mA	10.012	10.01	(±) 1%	0.02	Pass
mA	16.734	16.73	(±) 1%	0.02	Pass

3. Resistance Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện trở

Range Dải đo	Measuring instrument value Giá trị phương tiện đo	Standard device value Giá trị thiết bị tiêu chuẩn	MPE (±) 1%	Độ lệch %	Độ lệch %
10kΩ	9.77	9.877	(±) 1%	-1.08	Fail
100kΩ	99.3	100.27	(±) 1%	-0.97	Pass

Note : Đối với giải đo điện trở dòng hồ đang đo không chính xác ở thang đo 10 kΩ

Thực hiện bởi:

Kiểm tra bởi: