

MOONPO VINA

Lô 01/01, Khu công nghiệp Đồng Văn IV,
Thị trấn Đồng Văn, Huyện Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-191

Object/Đối tượng thiết bị:	Quả cân	Calibration Date /Ngày thực hiện:	22/07/2026
Manufacturer/Nhà sản xuất:	N/A	Due Date/Hạn hiệu chuẩn:	22/07/2027
Model/Kiểu:	1,5-Pound dead weight	Result/Kết quả hiệu chuẩn:	PASS
Asset/Số quản lý:	PIE05026	Calibration Location/Nơi thực hiện:	MOONPO VINA
Range/Dải đo:	1,5 pound	Environment/Điều kiện môi trường:	24.6°C/55%RH
Procedure/ Quy trình hiệu chuẩn: Hướng dẫn thao tác hiệu chuẩn quả cân			
STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG		Cân điện tử	

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
1		MT-01	22/07/2027	MPVN-2026-184

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. Drag Function/Chức năng kéo

Range/Function Dải đo (g)	Giá trị đo được	MPE $\pm 22,68g$	Giới hạn trên	Giới hạn dưới	Result Kết quả
680g	684.38	$\pm 22,68g$	702.68	657.32	Pass

Thực hiện bởi:

Kiểm tra bởi: