

MOONPO VINA

Lô CN-01, Khu công nghiệp Đông Văn IV,
Thị trấn Lê Hồ, Tỉnh Ninh Bình

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-242

Object/Tên thiết bị:

Jig test GO/NO GO

Calibration Date /Ngày thực hiện:

25/08/2026

Manufacturer/ Nhà sản xuất:

Due Date/Hạn hiệu chuẩn:

25/08/2027

Asset/Số quản lý:

PIE04318

Result/Kết quả hiệu chuẩn:

PASS

Range/Dải đo:

7.8-8.0mm

Calibration Location/Nơi thực hiện:

MOONPO VINA

Procedure/ Quy trình hiệu chuẩn: Quy trình hiệu chuẩn Jig Test GO/NO GO

Environment/Điều kiện môi trường:

25.4°C/54.8%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
51195	HIOKI	DT4282	01/04/27	TSG-644666

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. Jig Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác

Range/Funtion Dải đo/Chức năng (mm)	Giá trị đo được	MPE ±5%	Giới hạn trên (mm)	Giới hạn dưới (mm)	Result Kết quả
7.8	7.86	±5%	8.19	7.41	Pass
8	8.12	±5%	8.4	7.6	Pass

Thực hiện bởi:

Kiểm tra bởi: