

MOONPO VINA

Report Number (SỐ BÁO CÁO): MPVN-2026-28

Object/Tên thiết bị: Jig test chức năng

Calibration Date /Ngày thực hiện : 15/04/2026

Nhà sản xuất:

Due Date/Hạn hiệu chuẩn : 15/04/2027

Asset/Số quản lý PIE03959

Result/Kết quả hiệu chuẩn : PASS

Range/Dải đo 4.2-9mm

Calibration Location/Nơi thực hiện

CôngTy MPVN

Environment/Điều kiện môi trường

24.6°C/55.1%RH

STANDARDS USED/CHUẨN SỬ DỤNG

Caliper

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. Jig Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác

Range/Funtion Dải đo/Chức năng mm	Giá trị đo được	MPE ±5%	Giới hạn trên (mm)	Giới hạn dưới (mm)	Result Kết quả
9	8.87	±5%	9.45	8.6	Pass
4.2	4.14	±5%	4.41	4.0	Pass

Thực hiện bởi:

Kiểm tra bởi:
