

MOONPO VINA

Lô CN-ĐK và Hộ gia đình Đồng Văn IV,
Thị trấn Lê Lợi, Tỉnh Hòa Bình



GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-307

Object/Tên thiết bị: Jig test kẹp
 Manufacturer/Nhà sản xuất: PIE04207
 Asset/Số quản lý: 4.2-46.7mm
 Range/Dải đo:
 Procedure/Quy trình hiệu chuẩn: Quy trình hiệu chuẩn Jig Test kẹp

Calibration Date /Ngày thực hiện: 03/10/2026
 Due Date/Hạn hiệu chuẩn: 03/10/2027
 Result/Kết quả hiệu chuẩn: PASS
 Calibration Location/Nơi thực hiện: MOONPO VINA
 Environment/Điều kiện môi trường: 25.4°C/54.8%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG: Caliper

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. Jig Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác

Range/Funtion Dải đo/Chức năng mm	Giá trị đo được	MPE ±5%	Giới hạn trên (mm)	Giới hạn dưới (mm)	Result Kết quả
9.0	8.92	±5%	9.45	8.55	Pass
4.2	4.15	±5%	4.41	3.99	Pass
46.7	46.61	±5%	49.035	44.365	Pass

Thực hiện bởi:

Kiểm tra bởi: