

MOONPO VINA

Lô CN Q1, Khu công nghiệp Đồng Văn IV,

Phường 1 & 2, Quận Bình Tân,

TP. HCM

CÔNG TY TNHH MOONPO

DEVELOPMENT

VIỆT NAM

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN**CERTIFICATE OF CALIBRATION**

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-213

Object/Tên thiết bị: Lực kế Calibration Date / Ngày thực hiện: 22/07/2026
 Manufacture/Nhà sản xuất: Best Tool AIGU Due Date/Hạn hiệu chuẩn: 22/07/2027
 Model/Kiểu: AIGU Result/Kết quả hiệu chuẩn: PASS
 Asset/Số quản lý: PIE06321 Calibration Location/Nơi thực hiện: MOONPO VINA
 Range/Dải đo: 500g/10g Environment/Điều kiện môi trường: 26.4°C/64.8%RH
 Procedure/ Quy trình hiệu chuẩn: Hướng dẫn thao tác hiệu chuẩn nội bộ lực kế
 STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
PIE03893	Standard Weight Set		22/07/2027	TSG-0-672239

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO**1. Drag Function/Chức năng kéo**

Range Dải đo (g)	Nominal Giá trị thiết lập (g)	MPE	Lần 1 No.1	Lần 2 No.2
100	100	10	100	100
200	200	10	200	200
500	500	10	500	500

Range Dải đo	Nominal Giá trị thiết lập (mm)	Lower Limited Giới hạn dưới	Reading Average Giá trị đọc trung bình	Upper Limited Giới hạn trên	Result Kết quả
100	100	90	100,00	110	Pass
200	200	190	200,00	210	Pass
500	500	490	500,00	510	Pass

Thực hiện bởi:

Tuyen

Kiểm tra bởi:

Thuanb