

**MOONPO VINA**

Report Number (SỐ BÁO CÁO): MPVN-2026-01

Object/Tên thiết bị: Jig test chức năng

Nhà sản xuất:

Asset/Số quản lý

Range/Dải đo

PIE03976

DC Voltage

Calibration Date /Ngày thực hiện : 11/03/2026

Due Date/Hạn hiệu chuẩn : 11/03/2027

Result/Kết quả hiệu chuẩn : PASS

Calibration Location/Nơi thực hiện

Environment/Điều kiện môi trường

CôngTy MPVN

24.6°C/55.1%RH

STANDARDS USED/CHUẨN SỬ DỤNG

Digital multimeter HIOKI

**REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO****1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều**

| Range/Funtion<br>Dải đo/Chức năng V | Giá trị đo được | MPE<br>±5% | Giới hạn trên V | Giới hạn dưới V | Result<br>Kết quả |
|-------------------------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 3.6                                 | 3.67            | ±5%        | 3.78            | 3.4             | Pass              |
| 4.5                                 | 4.54            | ±5%        | 4.73            | 4.3             | Pass              |
| 3.1                                 | 3.13            | ±5%        | 3.26            | 2.9             | Pass              |

Thực hiện bởi:



Kiểm tra bởi:

