

# MOONPO VINA

Lô CN-01, Khu công nghiệp Đồng Văn IV,  
Phường Lê Hồng, Tỉnh Ninh Bình



## GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)  
**MPVN-2026-205**

Object/Tên thiết bị: Cân điện tử (Electric Balance)

Manufacturer/ Nhà sản xuất: JADEVER

Model/Kiểu: JCN-30K

Asset/Số quản lý: PIE05899

Range/Dải đo: 30000g/1g

Procedure/ Quy trình hiệu chuẩn:

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Technical Data/(Thông số kỹ thuật):

Max (Tải lớn nhất): 30000g

d (Độ phân giải): 1g

Min (Tải nhỏ nhất): 20g

Level of Accuracy ( Cấp chính xác): III

Calibration Date /Ngày thực hiện: 22/07/2026

Due Date/Hạn hiệu chuẩn: 22/07/2027

Result/Kết quả hiệu chuẩn: PASS

Calibration Location/Nơi thực hiện: MOONPO VINA

Environment/Điều kiện môi trường: 25.1°C/64.7%RH

Standard Weight Set : F2-10g-500g-2000g-5Kg

Error on each loading level ( Sai số trên mỗi mức tải):

Loading level (Mức tải) 1 : 0 <m≤ 500 ± 0.5 g

Loading level (Mức tải) 2 : 500 <m≤ 2000 ± 1 g

Loading level (Mức tải) 3 : 2000 <m≤ 10000 ± 1.5 g

## REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. Repeatability Test @Load P= 500 g / Kiểm tra độ lặp lại ở mức tải : 1000 g



| Test No.<br>Lần kiểm                    | 1      | 2   | 3   | 4   | MPE (±) | Results<br>Kết quả |
|-----------------------------------------|--------|-----|-----|-----|---------|--------------------|
| Giá trị hiển thị<br>UUT Value           | 500    | 501 | 500 | 500 | ± 0.5   | Pass/Đạt           |
| Giá trị trung bình<br>Average value (g) | 500,25 |     |     |     |         |                    |
| Độ lặp lại<br>Repeatability(g)          | 0,5000 |     |     |     |         |                    |

2. Repeatability Test @Load P= 10000 g / Kiểm tra độ lặp lại ở mức tải : 10000 g

| Test No.<br>Lần kiểm                    | 1         | 2     | 3     | 4     | MPE (±) | Results<br>Kết quả |
|-----------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|---------|--------------------|
| Giá trị hiển thị<br>UUT Value           | 10000     | 10001 | 10000 | 10000 | ± 1     | Pass/Đạt           |
| Giá trị trung bình<br>Average value (g) | 10000,250 |       |       |       |         |                    |
| Độ lặp lại<br>Repeatability(g)          | 0,500     |       |       |       |         |                    |

3. Kiểm tra độ lệch tâm ở 30000g

| Test No.<br>Lần kiểm    | Tâm   | 1     | 2     | 3     | 4     | MPE (±) | Results<br>Kết quả |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------------------|
| Giá trị đo              | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | ± 1.5   | Pass/Đạt           |
| Độ lệch tâm từng vị trí |       | 0     | 0     | 0     | 0     |         |                    |
| Độ lệch tâm của cân     |       | 0,10  |       |       |       |         |                    |



4. Weighing Test

| No.<br>Lần kiểm | Load<br>Mức tải | Đơn vị | Reading<br>Giá trị đo | Error<br>Độ lệch | MPE (±) | Results<br>Kết quả |
|-----------------|-----------------|--------|-----------------------|------------------|---------|--------------------|
| 1               | 500             | g      | 500                   | 0,01             | ± 0.01  | Pass/Đạt           |
| 2               | 2000            | g      | 2000                  | 0,01             | ± 0.01  | Pass/Đạt           |
| 3               | 10000           | g      | 10000                 | 0,01             | ± 0.015 | Pass/Đạt           |
| 4               | 30000           | g      | 30000                 | 0                | ± 0.015 | Pass/Đạt           |

Thực hiện bởi:

Tuyen

Kiểm tra bởi:

Hoàng