

MOONPO VINA

Lô CR-01, Khu Công Nghiệp Đông Văn IV,
Thị trấn Lê Lợi, Thành Phố Vinh, Nghệ An



GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-244

Object/Tên thiết bị: Jig test chức năng

Manufacturer/Nhà sản xuất:

Asset/Số quản lý:

Range/Dải đo:

Procedure/Quy trình hiệu chuẩn: Quy trình hiệu chuẩn Jig Test chức năng

Calibration Date /Ngày thực hiện: 25/08/2026

Due Date/Hạn hiệu chuẩn: 25/08/2027

Result/Kết quả hiệu chuẩn: PASS

Calibration Location/Nơi thực hiện: MOONPO VINA

Environment/Điều kiện môi trường: 25.4°C/64.8%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
51195	HIOKI	DT4282	01/04/27	TSG-544666

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BẢO CÁO

1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều

Range/Funtion Dải đo/Chức năng V	Giá trị đo được	MPE ±5%	Giới hạn trên V	Giới hạn dưới V	Result Kết quả
4.5	4.65	±5%	4.725	4.275	Pass
3.6	3.63	±5%	3.78	3.42	Pass
3.1	3.12	±5%	3.255	2.945	Pass

Thực hiện bởi:

Kiểm tra bởi: