

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-89

Object/Tên thiết bị: Ampe kế
Manufacturer/Nhà sản xuất:
Asset/Số quản lý: PIE00627
Range/Dải đo: DC mA & μ A
Procedure/ Quy trình hiệu chuẩn: Quy trình hiệu chuẩn
Ampe kế

Calibration Date /Ngày thực hiện: 21/05/2026
Due Date/Hạn hiệu chuẩn: 21/05/2027
Result/Kết quả hiệu chuẩn: PASS
Calibration Location/Nơi thực hiện: MOONPO VINA
Environment/Điều kiện môi trường: 25.3°C/55.3%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
1	HIOKI	DT4282	46391	TSG-644666
2	Power Supply	KA3005D	15/05/2027	MPVN-2026-59

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. Calibration mA / Hiệu chuẩn đo mA

Range/Funtion Dải đo/Chức năng	Nominal Giá trị thiết lập(mA)	MPE $\pm 5\%$	Giá trị đo được (mA)	Result Kết quả
50mA	40.00	$\pm 5\%$	40.20	PASS
15mA	10.00	$\pm 5\%$	10.00	PASS
100mA	68.00	$\pm 5\%$	68.50	PASS

2. Calibration μ A/ Hiệu chuẩn đo μ A

Range/Funtion Dải đo/Chức năng	Nominal Giá trị thiết lập(mA)	MPE $\pm 5\%$	Giá trị đo được (mA)	Result Kết quả
100 μ A	0.80	$\pm 5\%$	0.81	PASS

Thực hiện bởi:

Kiểm tra bởi: