MOONPO VINA
Lô CN-9I, Khu công nghiệp Đồng Văn IV,
Phường Hà Nam, Tỉnh Ninh Bình

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)
MPVN-2026-74

Object/*Tên thiết bị:*	**Ampe kế**	**Calibration Date /*Ngày thực hiện:***	**20/05/2026**
Manufature/*Nhà sản xuất:*		**Due Date/*Hạn hiệu chuẩn:***	**20/05/2027**
Asset/*Số quản lý:*	**PIE 00846**	**Result/*Kết quả hiệu chuẩn:***	**PASS**
Range/*Dải đo:*	**DC mA & µA**	**Calibration Location/*Nơi thực hiện:***	**MOONPO VINA**
Procedure/ *Quy trình hiệu chuẩn: Quy trình hiệu chuẩn Ampe kế*		**Evironment/*Điều kiện môi trường:***	**25.4°C/54.8%RH**

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number *Mã số thiết bị*	Manufacturer *Nhà sản xuất*	Model *Kiểu*	Due Date *Hạn hiệu chuẩn*	Report Number *Giấy chứng nhận số*
51195	HIOKI	DT4282	01/04/27	TSG-644666

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1.Calibration mA / Hiệu chuẩn đo mA

Range/Funtion Dải đo/Chức năng	Nominal Giá trị thiết lập(mA)	MPE ±5%	Giá trị đo được (mA)	Result Kết quả
300 mA	68	±5%	68.1	Pass

2. Calibration µA/ Hiệu chuẩn đo µA

Range/Funtion Dải đo/Chức năng	Nominal Giá trị thiết lập(µA)	MPE ±5%	Giá trị đo được (µA)	Result Kết quả
50µA	0.8	±5%	0.83	Pass

Thực hiện bởi:_____ **Kiểm tra bởi:**_____