

MOONPO VINA

Lô CN-01, Khu công nghiệp Đông Văn IV,
Phường 14, Hồ, Tỉnh Ninh Bình



GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)
MPVN-2026-124

Object/Tên thiết bị: Đường đo độ dày
Manufacture/Nhà sản xuất:
Asset/Số quản lý: PIE05319
Range/Dải đo: 8.3-8.7 mm
Procedure/ Quy trình hiệu chuẩn: WI-PIE

Calibration Date /Ngày thực hiện: 21/05/2026
Due Date/Hạn hiệu chuẩn: 21/05/2027
Result/Kết quả hiệu chuẩn: PASS
Calibration Location/Nơi thực hiện: MOONPO VINA
Environment/Điều kiện môi trường: 24.5°C/55.1%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
PIE03918 (51235)	Shanliang	D15MT	19/5/2027	MPVN-2026-62

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO**1. Jig Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác**

Range/Function Dải đo/Chức năng mm	Giá trị đo được	MPE ±5%	Giới hạn trên (mm)	Giới hạn dưới (mm)	Result Kết quả
8.3	8.31	±5%	8.72	7.89	Pass
8.7	8.72	±5%	9.14	8.27	Pass

Thực hiện bởi:

Kiểm tra bởi: