

MOONPO VINA

Lô CN 01, Khu công nghiệp Đồng Văn IV,
Phước Mỹ, Cẩm Mỹ, Tỉnh Bình Thuận



GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-182

Object/Tên thiết bị: Power Supply
 Manufacturer/ Nhà sản xuất: KORAD
 Asset/Số quản lý: PIE03327
 Range/Dải đo: DC Voltage
 Procedure/ Quy trình hiệu chuẩn: Quy trình hiệu chuẩn hộp nguồn Test

Calibration Date /Ngày thực hiện: 22/07/2026
 Due Date/Hạn hiệu chuẩn: 22/07/2027
 Result/Kết quả hiệu chuẩn: PASS
 Calibration Location/Nơi thực hiện: MOONPO VINA
 Environment/Điều kiện môi trường: 25.4°C/54.8%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
51195	HIOKI	DT4282	01/04/27	TSG-644666

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều

Range/Function Dải đo/Chức năng V	Giá trị đo được	MPE $\pm 0,5\% + 20 \text{ Mv}$	Giới hạn trên V	Giới hạn dưới V	Result Kết quả
3,0	2,9937	$\pm 0,5\% + 20 \text{ Mv}$	3,035	2,965	Pass
7	7,001	$\pm 0,5\% + 20 \text{ Mv}$	7,055	6,495	Pass
12	11,996	$\pm 0,5\% + 20 \text{ Mv}$	12,08	11,92	Pass

Thực hiện bởi: TuyenKiểm tra bởi: Allocat