

Object/Tên thiết bị:

Loại kế

Calibration Date /Ngày thực hiện:

21/05/2026

Manufacturer/Nhà sản xuất:

Best Tool AIGU

Due Date/Hạn hiệu chuẩn:

21/05/2027

Model/Kiểu:

AIGU NK-500N

Result/Kết quả hiệu chuẩn:

PASS

Asset/Số quản lý:

PIE00897

Calibration Location/Nơi thực hiện:

MOONPO VINA

Range/Dải đo:

50kg/500g

Environment/Điều kiện môi trường:

25.4°C/54.8%RH

Procedure/ Quy trình hiệu chuẩn: Hướng dẫn thao tác hiệu chuẩn nội bộ lực kế

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number

Manufacturer

Model

Due Date

Report Number

Mã số thiết bị

Nhà sản xuất

Kiểu

Hạn hiệu chuẩn

Giấy chứng nhận số

1

Standard Weight Set : F2-1kg-2kg-5kg

20/07/2026

TSG-0-542974

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. Drag Function/Chức năng kéo

Range Dải đo (kg)	Nominal Giá trị thiết lập (g)	MPE	Lần 1 No.1	Lần 2 No.2
10	10	0.5	10.00	10.00
20	20	0.5	20.00	20.00
30	30	0.5	30.00	30.00
40	40	0.5	40.00	40.00
50	50	0.5	50.00	50.00

Range Dải đo	Nominal Giá trị thiết lập (mm)	Lower Limited Giới hạn dưới	Reading Average Giá trị đọc trung bình	Upper Limited Giới hạn trên	Result Kết quả
0 - 10	10	9.5	10.00	10.5	Pass
10 - 20	20	19.5	20.00	20.5	Pass
20 - 30	30	29.5	30.00	30.5	Pass
30 - 40	40	39.5	40.00	40.5	Pass
40 - 50	50	49.5	50.00	50.5	Pass

Thực hiện bởi:

Kiểm tra bởi: