

MOONPO VINA
 Là Công ty TNHH Công nghiệp Điện tử và Công nghệ Thông tin
 Công ty TNHH MOONPO DEVELOPMENT VIỆT NAM



GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-71

Object/Tên thiết bị: Digital Multimeter Calibration Date /Ngày thực hiện: 20/05/2026
 Manufacturer/ Nhà sản xuất: ANENG Due Date/Hạn hiệu chuẩn: 20/05/2027
 Model/Kiểu: AN8008 Result/Kết quả hiệu chuẩn: PASS
 Asset/Số quản lý: 51076 Calibration Location/Nơi thực hiện: MOONPO VINA
 Range/Dải đo: DC, Amp, Ω Environment/Điều kiện môi trường: 25.3°C/55.3%RH
 Procedure/ Quy trình hiệu chuẩn: Quy trình hiệu chuẩn đồng hồ vạn năng

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
1	HIOKI	DT4282	01/04/27	TSG-644666
2	Power Supply	KA3005D	15/05/2027	MPVN-2026-59
3	Điện Trở 300 Ω		15/05/2027	MPVN-2026-60

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều

Range Dải đo	Measuring Instrument value Giá trị phương tiện đo	Standard device value Giá trị thiết bị tiêu chuẩn	MPE ($\pm$) 1%	Độ lệch %	Độ lệch %
mV	351.5	351.1	($\pm$) 1%	0.11	Pass
V	3.706	3.7011	($\pm$) 1%	0.13	Pass
V	30.06	30.026	($\pm$) 1%	0.11	Pass

2. Diode Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác Ampe

Range Dải đo	Measuring Instrument value Giá trị phương tiện đo	Standard device value Giá trị thiết bị tiêu chuẩn	MPE ($\pm$) 1%	Độ lệch %	Độ lệch %
mA	10.012	10.01	($\pm$) 1%	0.02	Pass
mA	16.734	16.73	($\pm$) 1%	0.02	Pass

3. Resistance Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện trở

Range Dải đo	Measuring Instrument value Giá trị phương tiện đo	Standard device value Giá trị thiết bị tiêu chuẩn	MPE ($\pm$) 1%	Độ lệch %	Độ lệch %
10k Ω	9.91	9.877	($\pm$) 1%	0.33	Pass
100k Ω	100.6	100.28	($\pm$) 1%	0.32	Pass

Thực hiện bởi: Hu

Kiểm tra bởi: LS