

MOONPO VINA

14 CN 02 Khu công nghiệp Đông Hòa 7/90 TC, Phường

Lê Minh Xuân, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh



GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-62

Object/Vật thiết bị: Thước kẹp (Caliper) Calibration Date /Ngày thực hiện: 19/05/2026
 Manufacturer/ Nhà sản xuất: ShanLiang Due Date/Hạn hiệu chuẩn: 19/05/2027
 Model/Kiểu: D15MT Result/Kết quả hiệu chuẩn: PASS
 Asset/Số quản lý: 51235 Calibration Location/Nơi thực hiện: MOONPO VINA
 Range/Dải đo: 200cm/0.01mm Environment/Điều kiện môi trường: 25,3°C/55,3%RH
 Procedure/ Quy trình hiệu chuẩn: Quy trình hiệu chuẩn thước cặp
 STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
1		Gauge Block Set Level 2	20/07/2026	TSG-0-542977

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. Outside Scale Calibration/ Hiệu chuẩn đo bên ngoài

Range Dải đo	Nominal Giá trị thiết lập (mm)	MPE (mm)	Lần 1 No.1	Lần 2 No.2
180mm	20	0.02	20.01	20.00
	50	0.02	50.00	50.01
	100	0.02	100.00	99.99
	180	0.02	180.00	180.01

Range Dải đo	Nominal Giá trị thiết lập (mm)	Lower Limited Giới hạn dưới	Reading Average Giá trị đọc trung bình	Upper Limited Giới hạn trên	Result Kết quả
180mm	20	19.98	20.01	20.02	Pass
	50	49.98	50.01	50.02	Pass
	100	99.98	100.00	100.02	Pass
	180	179.98	180.01	180.02	Pass

2. Outside Scale Calibration/ Hiệu chuẩn đo bên trong

Range Dải đo	Nominal Giá trị thiết lập (mm)	MPE (mm)	Lần 1 No.1	Lần 2 No.2
100	20	0.02	20.00	20.00
	50	0.02	50.00	49.99
	100	0.02	100.00	100.00

Range Dải đo	Nominal Giá trị thiết lập (mm)	Lower Limited Giới hạn dưới	Reading Average Giá trị đọc trung bình	Upper Limited Giới hạn trên	Result Kết quả
100	20	19.98	20.00	20.02	Pass
	50	49.98	50.00	50.02	Pass
	100	99.98	100.01	100.02	Pass

3. Depth Scale Calibration/ Hiệu chuẩn đo độ cao

Range Dải đo	Nominal Giá trị thiết lập (mm)	MPE (mm)	Lần 1 No.1	Lần 2 No.2
180mm	20	0.02	20.00	20.01
	50	0.02	50.00	50.01
	100	0.02	100.00	99.99
	180	0.02	180.01	180.00

Range Dải đo	Nominal Giá trị thiết lập (mm)	Lower Limited Giới hạn dưới	Reading Average Giá trị đọc trung bình	Upper Limited Giới hạn trên	Result Kết quả
180mm	20	19.98	20.01	20.02	Pass
	50	49.98	50.01	50.02	Pass
	100	99.98	100.00	100.02	Pass
	180	179.98	180.01	180.02	Pass

Thực hiện bởi: HJCKiểm tra bởi: HJC