

Object/Đối tượng:

Manufacturer/Nhà sản xuất:

Model/Kiểu:

Asset/Số quản lý:

Range/Dải đo:

Procedure/ Quy trình hiệu chuẩn: Hướng dẫn thao tác hiệu chuẩn nội bộ lực kế

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Lực kế

Best Tool AIGU

AIGU TK-10000

PIE06432

10000g/200g

Calibration Date /Ngày thực hiện:

Due Date/Hạn hiệu chuẩn:

Result/Kết quả hiệu chuẩn:

Calibration Location/Nơi thực hiện:

Environment/Điều kiện môi trường:

01/08/2026

01/08/2027

PASS

MOONPO VINA

25.4°C/54.8%RH

Asset Number

Manufacturer

Model

Due Date

Report Number

Mã số thiết bị

Nhà sản xuất

Kiểu

Hạn hiệu chuẩn

Giấy chứng nhận số

PIE03894

Standard Weight Set : F2-1kg-2kg-5kg

22/07/2027

TSG-0-672240

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BẢO CÁO

1. Drag Funtion/Chức năng kéo

Range Dải đo (g)	Nominal Giá trị thiết lập (g)	MPE	Lần 1 No.1	Lần 2 No.2
1000	1000	200	1000	1000
5000	5000	200	5000	5000
10000	10000	200	10000	10000

Range Dải đo	Nominal Giá trị thiết lập (mm)	Lower Limited Giới hạn dưới	Reading Average Giá trị đọc trung bình	Upper Limited Giới hạn trên	Result Kết quả
1000	1000	800	1000,00	1200	Pass
5000	5000	4800	5000,00	5200	Pass
10000	10000	9800	10000,00	10200	Pass

Thực hiện bởi:

Kiểm tra bởi:

Object/Tên thiết bị: Lực kế Calibration Date /Ngày thực hiện: 01/08/2026
Manufacturer/Nhà sản xuất: Best Tool AIGU Due Date/Hạn hiệu chuẩn: 01/08/2027
Model/Kiểu: AIGU TK-10000 Result/Kết quả hiệu chuẩn: PASS
Asset/Số quản lý: PIE06426 Calibration Location/Nơi thực hiện: MOONPO VINA
Range/Dải đo: 10000g/200g Environment/Điều kiện môi trường: 25.4°C/54.8%RH
Procedure/ Quy trình hiệu chuẩn: Hướng dẫn thao tác hiệu chuẩn nội bộ lực kế
STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
PIE03894		Standard Weight Set : F2-1kg-2kg-5kg	22/07/2027	TSG-0-672240

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. Drag Function/Chức năng kéo

Range Dải đo (g)	Nominal Giá trị thiết lập (g)	MPE	Lần 1 No.1	Lần 2 No.2
1000	1000	200	1000	1000
5000	5000	200	5000	5000
10000	10000	200	10000	10000

Range Dải đo	Nominal Giá trị thiết lập (mm)	Lower Limited Giới hạn dưới	Reading Average Giá trị đọc trung bình	Upper Limited Giới hạn trên	Result Kết quả
1000	1000	800	1000,00	1200	Pass
5000	5000	4800	5000,00	5200	Pass
10000	10000	9800	10000,00	10200	Pass

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-226

Object/Tên thiết bị:

Lực kế

Calibration Date /Ngày thực hiện:

01/08/2026

Manufacturer/ Nhà sản xuất:

Best Tool AIGU

Due Date/Hạn hiệu chuẩn:

01/08/2027

Model/Kiểu:

AIGU TK-10000

Result/Kết quả hiệu chuẩn:

PASS

Asset/Số quản lý:

PIE06419

Calibration Location/Nơi thực hiện:

MOONPO VINA

Range/Dải đo:

10000g/200g

Environment/Điều kiện môi trường:

25.4°C/54.8%RH

Procedure/ Quy trình hiệu chuẩn: Hướng dẫn thao tác hiệu chuẩn nội bộ lực kế

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
PIE03894		Standard Weight Set : F2-1kg-2kg-5kg	22/07/2027	TSG-0-672240

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. Drag Funtion/Chức năng kéo

Range Dải đo (g)	Nominal Giá trị thiết lập (g)	MPE	Lần 1 No.1	Lần 2 No.2
1000	1000	200	1000	1000
5000	5000	200	5000	5000
10000	10000	200	10000	10000

Range Dải đo	Nominal Giá trị thiết lập (mm)	Lower Limited Giới hạn dưới	Reading Average Giá trị đọc trung bình	Upper Limited Giới hạn trên	Result Kết quả
1000	1000	800	1000,00	1200	Pass
5000	5000	4800	5000,00	5200	Pass
10000	10000	9800	10000,00	10200	Pass

Thực hiện bởi:

Tâm

Kiểm tra bởi:

Hương



Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-225

Object/Tên thiết bị:

Manufacturer/Nhà sản xuất:

Model/Kiểu:

Asset/Số quản lý:

Range/Dải đo:

Procedure/ Quy trình hiệu chuẩn: Hướng dẫn thao tác hiệu chuẩn nội bộ lực kế

Lực kế

Best Tool AIGU

AIGU TK-10000

PIE06418

10000g/200g

Calibration Date /Ngày thực hiện:

Due Date/Hạn hiệu chuẩn:

Result/Kết quả hiệu chuẩn:

Calibration Location/Nơi thực hiện:

Environment/Điều kiện môi trường:

01/08/2026

01/08/2027

PASS

MOONPO VINA

25.4°C/54.8%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
PIE03894		Standard Weight Set : F2-1kg-2kg-5kg	22/07/2027	TSG-0-672240

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. Drag Function/Chức năng kéo

Range Dải đo (g)	Nominal Giá trị thiết lập (g)	MPE	Lần 1 No.1	Lần 2 No.2
1000	1000	200	1000	1000
5000	5000	200	5000	5000
10000	10000	200	10000	10000

Range Dải đo	Nominal Giá trị thiết lập (mm)	Lower Limited Giới hạn dưới	Reading Average Giá trị đọc trung bình	Upper Limited Giới hạn trên	Result Kết quả
1000	1000	800	1000,00	1200	Pass
5000	5000	4800	5000,00	5200	Pass
10000	10000	9800	10000,00	10200	Pass

Thực hiện bởi:

Van

Kiểm tra bởi:

Haut

MOONPO VINALô CN 01, Khu công nghiệp Đồng Văn IV,
Phường 2 & 4, Thị trấn Ninh Bình**GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN****CERTIFICATE OF CALIBRATION**

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-224

Object/Tên thiết bị:

Manufacturer/Nhà sản xuất:

Model/Kiểu:

Asset/Số quản lý:

Range/Dải đo:

Procedure/ Quy trình hiệu chuẩn: Hướng dẫn thao tác hiệu chuẩn nội bộ lực kế

Lực kế

Best Tool AIGU

AIGU

PIE06426

500g/10g

Calibration Date /Ngày thực hiện:

Due Date/Hạn hiệu chuẩn:

Result/Kết quả hiệu chuẩn:

Calibration Location/Nơi thực hiện:

Environment/Điều kiện môi trường:

01/08/2026

01/08/2027

PASS

MOONPO VINA

25.4°C/54.8%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number

Manufacturer

Model

Due Date

Report Number

Mã số thiết bị

Nhà sản xuất

Kiểu

Hạn hiệu chuẩn

Giấy chứng nhận số

PIE03893

Standard Weight Set

22/07/2027

TSG-0-672239

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO**1. Drag Funtion/Chức năng kéo**

Range Dải đo (g)	Nominal Giá trị thiết lập (g)	MPE	Lần 1 No.1	Lần 2 No.2
100	100	10	100	100
200	200	10	200	200
500	500	10	500	500

Range Dải đo	Nominal Giá trị thiết lập (mm)	Lower Limited Giới hạn dưới	Reading Average Giá trị đọc trung bình	Upper Limited Giới hạn trên	Result Kết quả
100	100	90	100,00	110	Pass
200	200	190	200,00	210	Pass
500	500	490	500,00	510	Pass

Thực hiện bởi:

Kiểm tra bởi:

MOONPO VINA

Lô 1-01, Khu công nghiệp Đồng Văn IV,
Phước An, Huyện Phước An, Tỉnh Bình Định

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-223

Object/Tên thiết bị:

Lực kế

Calibration Date /Ngày thực hiện:

01/08/2026

Manufacturer/Nhà sản xuất:

Best Tool AIGU

Due Date/Hạn hiệu chuẩn:

01/08/2027

Model/Kiểu:

AIGU TK-500

Result/Kết quả hiệu chuẩn:

PASS

Asset/Số quản lý:

PIE-06355

Calibration Location/Nơi thực hiện:

MOONPO VINA

Range/Dải đo:

500g/10g

Environment/Điều kiện môi trường:

25.4°C/54.8%RH

Procedure/ Quy trình hiệu chuẩn: Hướng dẫn thao tác hiệu chuẩn nội bộ lực kế

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number

Manufacturer

Model

Due Date

Report Number

Mã số thiết bị

Nhà sản xuất

Kiểu

Hạn hiệu chuẩn

Giấy chứng nhận số

PIE03893

Standard Weight Set

22/07/2027

TSG-0-672239

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. Drag Function/Chức năng kéo

Range Dải đo (g)	Nominal Giá trị thiết lập (g)	MPE	Lần 1 No.1	Lần 2 No.2
100	100	10	100	100
200	200	10	200	200
500	500	10	500	500

Range Dải đo	Nominal Giá trị thiết lập (mm)	Lower Limited Giới hạn dưới	Reading Average Giá trị đọc trung bình	Upper Limited Giới hạn trên	Result Kết quả
100	100	90	100,00	110	Pass
200	200	190	200,00	210	Pass
500	500	490	500,00	510	Pass

Thực hiện bởi:

Tâm

Kiểm tra bởi:

Hào

MOONPO VINA

Là CN-ĐT KH 003483
 Xã Xuân Hòa, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-219

Object/Tên thiết bị: Jig test chức năng
 Manufacturer/Nhà sản xuất: HIOKI
 Asset/Số quản lý: PIE00523
 Range/Dải đo: DC Voltage
 Procedure/ Quy trình hiệu chuẩn: Quy trình hiệu chuẩn Jig Test chức năng

Calibration Date /Ngày thực hiện: 31/07/2026
 Due Date/Hạn hiệu chuẩn: 31/07/2027
 Result/Kết quả hiệu chuẩn: PASS
 Calibration Location/Nơi thực hiện: MOONPO VINA
 Environment/Điều kiện môi trường: 25.4°C/54.8%RH


STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
51195	HIOKI	DT4282	01/04/27	TSG-644666

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều

Range/Funtion Dải đo/Chức năng V	Giá trị đo được	MPE ±5%	Giới hạn trên V	Giới hạn dưới V	Result Kết quả
4.5	4.5	±5%	4.725	4.275	Pass
4	4.2	±5%	4.2	3.8	Pass
2.9	2.93	±5%	3.045	2.755	Pass

Thực hiện bởi: Kiểm tra bởi: 

MOONPO VINA

Là CN-ĐT, Kinh doanh Dịch vụ Đăng Văn IV,
Thị trấn Lê Hồng, Tỉnh Ninh Bình

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)
MPVN-2026-218

Object/Tên thiết bị: Jig test chức năng
 Manufacturer/Nhà sản xuất: PIF00388
 Asset/Số quản lý: DC Voltage
 Range/Dải đo: Quy trình hiệu chuẩn Jig Test chức năng

Calibration Date /Ngày thực hiện: 31/07/2026
 Due Date/Hạn hiệu chuẩn: 31/07/2027
 Result/Kết quả hiệu chuẩn: PASS
 Calibration Location/Nơi thực hiện: MOONPO VINA
 Environment/Điều kiện môi trường: 25.4°C/54.8%RH


STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
51195	HIOKI	DT4282	01/04/27	TSG-644666

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều

Range/Funtion Dải đo/Chức năng V	Giá trị đo được	MPE ±5%	Giới hạn trên V	Giới hạn dưới V	Result Kết quả
4.8	4.83	±5%	5.04	4.56	Pass
3.6	3.63	±5%	3.78	3.42	Pass
4.5	4.51	±5%	4.725	4.275	Pass

Thực hiện bởi: Kiểm tra bởi: 

MOONPO VINA

Lô CN 01, Khu Công Nghiệp Đông Văn IV,
Thị trấn Lê Hồng, Tỉnh Ninh Bình

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-217

Object/Tên thiết bị:

Jig test chức năng

Calibration Date /Ngày thực hiện:

31/07/2026

Manufacturer/Nhà sản xuất:

Due Date/Hạn hiệu chuẩn:

31/07/2027

Asset/Số quản lý:

PIE00640

Result/Kết quả hiệu chuẩn:

PASS

Range/Dải đo:

DC Voltage

Calibration Location/Nơi thực hiện:

MOONPO VINA

Procedure/ Quy trình hiệu chuẩn: Quy trình hiệu chuẩn Jig Test chức năng

Environment/Điều kiện môi trường:

25.4°C/54.8%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
51195	HIOKI	DT4282	01/04/27	TSG-644666

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều

Range/Funtion Dải đo/Chức năng V	Giá trị đo được	MPE ±5%	Giới hạn trên V	Giới hạn dưới V	Result Kết quả
3.4	3.41	±5%	3.57	3.23	Pass
3.2	3.22	±5%	3.36	3.04	Pass
2.4	2.44	±5%	2.52	2.28	Pass

Thực hiện bởi:

Kiểm tra bởi:

MOONPO VINA

Lô CN-01, Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ,
Đường Lê Hồng, Tỉnh Ninh Bình

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-216

Object/Tên thiết bị: Jig test chức năng

Manufacturer/Nhà sản xuất:

Asset/Số quản lý: PIE01015

Range/Dải đo: DC Voltage

Procedure/Quy trình hiệu chuẩn: Quy trình hiệu chuẩn Jig Test chức năng

Calibration Date /Ngày thực hiện: 31/07/2026

Due Date/Hạn hiệu chuẩn: 31/07/2027

Result/Kết quả hiệu chuẩn: PASS

Calibration Location/Nơi thực hiện: MOONPO VINA

Environment/Điều kiện môi trường: 25.4°C/54.8%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
51195	HIOKI	DT4282	01/04/27	TSG-644666

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều

Range/Function Dải đo/Chức năng V	Giá trị đo được	MPE ±5%	Giới hạn trên V	Giới hạn dưới V	Result Kết quả
3.4	3.4	±5%	3.57	3.23	Pass
3.2	3.25	±5%	3.36	3.04	Pass
2.4	2.42	±5%	2.52	2.28	Pass

Thực hiện bởi: Kiểm tra bởi: 

MOONPO VINA

Lô CN-01, Khu Công Nghiệp Đông Văn IV,
Thị trấn Lê Hồng, Tỉnh Ninh Bình

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-215

Object/Tên thiết bị: Jig test chức năng
 Manufacturer/Nhà sản xuất: PIE00641
 Asset/Số quản lý: DC Voltage
 Range/Dải đo: Quy trình hiệu chuẩn: Quy trình hiệu chuẩn Jig Test chức năng

Calibration Date /Ngày thực hiện: 31/07/2026
 Due Date/Hạn hiệu chuẩn: 31/07/2027
 Result/Kết quả hiệu chuẩn: PASS
 Calibration Location/Nơi thực hiện: MOONPO VINA
 Environment/Điều kiện môi trường: 25.4°C/54.8%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
51195	HIOKI	DT4282	01/04/27	TSG-644666

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều

Range/Funtion Dải đo/Chức năng V	Giá trị đo được	MPE ±5%	Giới hạn trên V	Giới hạn dưới V	Result Kết quả
3.4	3.43	±5%	3.57	3.23	Pass
3.2	3.18	±5%	3.36	3.04	Pass
2.4	2.42	±5%	2.52	2.28	Pass

Thực hiện bởi:

Kiểm tra bởi:

MOONPO VINA

Lô CN-01 Khu Công nghiệp Đồng Văn IV,
Phường 8.0 Hố, Tỉnh Ninh Bình

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-174

Object/Tên thiết bị: Hộp nguồn
 Manufacturer/Nhà sản xuất: HIOKI
 Asset/Số quản lý: PIE00099
 Range/Dải đo: DC Voltage
 Procedure/Quy trình hiệu chuẩn: Quy trình hiệu chuẩn hộp nguồn Test

Calibration Date /Ngày thực hiện: 03/07/26
 Due Date/Hạn hiệu chuẩn: 03/07/27
 Result/Kết quả hiệu chuẩn: PASS
 Calibration Location/Nơi thực hiện: MOONPO VINA
 Environment/Điều kiện môi trường: 25.4°C/54.8%RH


STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
51195	HIOKI	DT4282	01/04/27	TSG-644666

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều

Range/Funtion Dải đo/Chức năng V	Giá trị đo được	MPE ±5%	Giới hạn trên V	Giới hạn dưới V	Result Kết quả
3.0	3.05	±5%	3.15	2.85	Pass
3.2	3.22	±5%	3.36	3.04	Pass
2.4	2.43	±5%	2.52	2.28	Pass

Thực hiện bởi: Kiểm tra bởi: 

MOONPO VINA

Lô CN-21, Khu Công Nghiệp Đông Văn IV,
Thị trấn Lê Hồ, Tỉnh Ninh Bình

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-173

Object/Tên thiết bị:

Jig test chức năng

Manufacturer/Nhà sản xuất:

PIE00639

Asset/Số quản lý:

DC Voltage

Range/Dải đo:

Procedure/Quy trình hiệu chuẩn: Quy trình hiệu chuẩn Jig Test chức năng

Calibration Date /Ngày thực hiện:

03/07/26

Due Date/Hạn hiệu chuẩn:

03/07/27

Result/Kết quả hiệu chuẩn:

PASS

Calibration Location/Nơi thực hiện:

MOONPO VINA

Environment/Điều kiện môi trường:

25.4°C/54.8%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
51195	HIOKI	DT4282	01/04/27	TSG-644666

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều

Range/Funtion Dải đo/Chức năng V	Giá trị đo được	MPE ±5%	Giới hạn trên V	Giới hạn dưới V	Result Kết quả
3.4	3.42	±5%	3.57	3.23	Pass
3.2	3.23	±5%	3.36	3.04	Pass
2.4	2.4	±5%	2.52	2.28	Pass

Thực hiện bởi:

Kiểm tra bởi:

Lô CN-01, Khu Bông Nét, P. Đồng Văn IV,
Phường Lê Hồng, Tỉnh Ninh Bình



GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-172

Object/Ten thiết bị:

Jig test chức năng

Calibration Date /Ngày thực hiện:

03/07/26

Manufacturer: Nha sản xuất:

Due Date/Hạn hiệu chuẩn:

03/07/27

Asset/Số quản lý:

PIE03775

Result/Kết quả hiệu chuẩn:

PASS

Range/Dải đo:

DC Voltage

Calibration Location/Nơi thực hiện:

MOONPO VINA

Procedure/ Quy trình hiệu chuẩn: Quy trình hiệu chuẩn Jig Test chức năng

Environment/Điều kiện môi trường:

25.4°C/54.8%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
51195	HIOKI	DT4282	01/04/27	TSG-644666

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều

Range/Funtion Dải đo/Chức năng V	Giá trị đo được	MPE ±5%	Giới hạn trên V	Giới hạn dưới V	Result Kết quả
4.8	4.85	±5%	5.04	4.66	Pass
4.5	4.52	±5%	4.725	4.275	Pass
3.6	3.62	±5%	3.78	3.42	Pass

Thực hiện bởi:

Kiểm tra bởi:

MOONPO VINA16 CH. 01, Khu Công Nghiệp Bình Tân IV,
Phường Lê Hồng, Tỉnh Ninh Bình**GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN****CERTIFICATE OF CALIBRATION**

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-171

Object/Tên thiết bị: Jig test GO/NO GO
 Manufacture/Nhà sản xuất: HIOKI
 Asset/Số quản lý: PIE01877
 Range/Dải đo: 7.8-8.0mm
 Procedure/Quy trình hiệu chuẩn: Quy trình hiệu chuẩn Jig Test GO/NO GO


Calibration Date/Ngày thực hiện: 03/07/26
 Due Date/Hạn hiệu chuẩn: 03/07/27
 Result/Kết quả hiệu chuẩn: PASS
 Calibration Location/Nơi thực hiện: MOONPO VINA
 Environment/Điều kiện môi trường: 25.4°C/54.8%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
51195	HIOKI	DT4282	01/04/27	TSG-644666

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO**1. Jig Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác**

Range/Funtion Dải đo/Chức năng (mm)	Giá trị đo được	MPE ±5%	Giới hạn trên (mm)	Giới hạn dưới (mm)	Result Kết quả
7.8	7.89	±5%	8.19	7.41	Pass
8	8.12	±5%	8.4	7.6	Pass

Thực hiện bởi: Kiểm tra bởi: 