

MOONPO VINA

Lô 01-01, Khu công nghiệp Đình Văn IV,
Phường 3 & 4, Tỉnh Ninh Bình

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-24

Object/Tên thiết bị: Lực kế Calibration Date /Ngày thực hiện: 16/05/2026
 Manufacture/Nhà sản xuất: OHABASIKI Due Date/Hạn hiệu chuẩn: 16/05/2027
 Model/Kiểu: OHBA 2000g Result/Kết quả hiệu chuẩn: PASS
 Asset/Số quản lý: 51262 Calibration Location/Nơi thực hiện: MOONPO VINA
 Range/Dải đo: 2000g/50g Environment/Điều kiện môi trường: 25.4°C/54.8%RH
 Procedure/ Quy trình hiệu chuẩn: Hướng dẫn thao tác hiệu chuẩn nội bộ lực kế

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
1		Standard Weight Set : F2-500g-1kg-2kg	20/07/2026	TSG-0-542974

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. Drag Function/Chức năng kéo

Range Dải đo (g)	Nominal Giá trị thiết lập (g)	MPE	Lần 1 No.1	Lần 2 No.2
500	500	50	500.00	500.00
1000	1000	50	1050.00	1050.00
2000	2000	50	2050.00	2050.00

Range Dải đo	Nominal Giá trị thiết lập (mm)	Lower Limited Giới hạn dưới	Reading Average Giá trị đọc trung bình	Upper Limited Giới hạn trên	Result Kết quả
500	500	450	500.00	550	Pass
1000	1000	950	1050.00	1050	Pass
2000	2000	1950	2050.00	2050	Pass

Thực hiện bởi:

Kiểm tra bởi: