

MOONPO VINA
 Là Công ty TNHH Công nghiệp Điện tử và Công nghệ L2



GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-67

Object/Thiết bị: Digital Multimeter Calibration Date/Ngày thực hiện: 10/05/2026
 Manufacturer/Nhà sản xuất: ANENG Due Date/Hạn hiệu chuẩn: 10/05/2027
 Model/Kiểu: AN8008 Result/Kết quả hiệu chuẩn: PASS
 Asset/Số quản lý: 51192 Calibration Location/Nơi thực hiện: MOONPO VINA
 Range/Dải đo: DC, Amp, Ω Environment/Điều kiện môi trường: 25.3°C/55.3%RH
 Procedure/Quy trình hiệu chuẩn: Quy trình hiệu chuẩn đồng bộ vạn năng

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number Mã số thiết bị	Manufacturer Nhà sản xuất	Model Kiểu	Due Date Hạn hiệu chuẩn	Report Number Giấy chứng nhận số
1	HIOKI	DT4282	01/04/27	TSG-644666
2	Power Supply	KA3005D	15/05/2027	MPVN-2026-59
3	Điện Trở 300 Ω		15/05/2027	MPVN-2026-60

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều

Range Dải đo	Measuring instrument value Giá trị phương tiện đo	Standard device value Giá trị thiết bị tiêu chuẩn	MPE ($\pm$) 1%	Độ lệch %	Độ lệch %
mV	350.1	351.14	($\pm$) 1%	0.30	Pass
V	3.68	3.7012	($\pm$) 1%	-0.57	Pass
V	29.9	30.026	($\pm$) 1%	-0.42	Pass

2. Diode Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác Ampe

Range Dải đo	Measuring instrument value Giá trị phương tiện đo	Standard device value Giá trị thiết bị tiêu chuẩn	MPE ($\pm$) 1%	Độ lệch %	Độ lệch %
mA	10.012	10.01	($\pm$) 1%	0.02	Pass
mA	16.734	16.73	($\pm$) 1%	0.02	Pass

3. Resistance Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện trở

Range Dải đo	Measuring instrument value Giá trị phương tiện đo	Standard device value Giá trị thiết bị tiêu chuẩn	MPE ($\pm$) 1%	Độ lệch %	Độ lệch %
10k Ω	9.8	9.877	($\pm$) 1%	-0.78	Pass
100k Ω	100	100.28	($\pm$) 1%	-0.28	Pass

Thực hiện bởi:

Kiểm tra bởi: