

## MOONPO VINA

Lô 1, Khu công nghiệp Đồng Văn IV,  
Phường Lạc Việt, Tỉnh Ninh Bình



## GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

## CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-196

Object/Tên thiết bị: Battery test Jig  
 Manufacturer/ Nhà sản xuất:

Asset/Số quản lý: PIE05211  
 Range/Dải đo: 5kΩ-10MΩ

Calibration Date /Ngày thực hiện: 22/07/2026  
 Due Date/Hạn hiệu chuẩn: 22/07/2027  
 Result/Kết quả hiệu chuẩn: PASS  
 Calibration Location/Nơi thực hiện: MOONPO VINA  
 Environment/Điều kiện môi trường: 24.6°C/55%RH

## STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Đồng hồ HIOKI

| Asset Number   | Manufacturer | Model  | Due Date       | Report Number      |
|----------------|--------------|--------|----------------|--------------------|
| Mã số thiết bị | Nhà sản xuất | Kiểu   | Hạn hiệu chuẩn | Giấy chứng nhận số |
| 1              | HIOKI        | DT4282 | 22/07/2027     | TSG-644666         |

## REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1.DC Voltage Accuracy test / kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều

| Range/Funtion<br>Dải đo (kΩ& MΩ) | Giá trị đo được | MPE<br>±5% | Giới hạn trên | Giới hạn dưới | Result<br>Kết quả |
|----------------------------------|-----------------|------------|---------------|---------------|-------------------|
| 5.000                            | 5.002           | ±5%        | 5.300         | 4.700         | Pass              |
| 18.000                           | 18.006          | ±5%        | 18.090        | 17.100        | Pass              |
| 10.000                           | 10.003          | ±5%        | 10.500        | 9.500         | Pass              |

Thực hiện bởi:

Kiểm tra bởi: