

Object/Tên thiết bị:

Thước kẹp (Caliper)

Calibration Date / Ngày thực hiện:

18/05/2026

Manufacturer/Nhà sản xuất:

Mitutoyo

Due Date/Hạn hiệu chuẩn:

18/05/2027

Model/Kiểu:

CD-20APX

Result/Kết quả hiệu chuẩn:

PASS

Asset/Số quản lý:

50222

Calibration Location/Nơi thực hiện:

MOONPO VINA

Range/Dải đo:

200cm/0.01mm

Environment/Điều kiện môi trường:

25.3°C/55.3%RH

Procedure/Quy trình hiệu chuẩn: Quy trình hiệu chuẩn thước cặp

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number

Manufacturer

Model

Due Date

Report Number

Mã số thiết bị

Nhà sản xuất

Kiểu

Hạn hiệu chuẩn

Giấy chứng nhận số

1

Gauge Block Set Level 2

20/07/2026

TSG-0-542977

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BẢO CÁO

1. Outside Scale Calibration/ Hiệu chuẩn đo bên ngoài

Range Dải đo	Nominal Giá trị thiết lập (mm)	MPE (mm)	Lần 1 No.1	Lần 2 No.2
180mm	20	0.02	20.00	20.00
	50	0.02	50.00	50.01
	100	0.02	100.00	99.99
	180	0.02	180.00	180.01

Range Dải đo	Nominal Giá trị thiết lập (mm)	Lower Limited Giới hạn dưới	Reading Average Giá trị đọc trung bình	Upper Limited Giới hạn trên	Result Kết quả
180mm	20	19.98	20.00	20.02	Pass
	50	49.98	50.01	50.02	Pass
	100	99.98	100.00	100.02	Pass
	180	179.98	180.01	180.02	Pass

2. Outside Scale Calibration/ Hiệu chuẩn đo bên trong

Range Dải đo	Nominal Giá trị thiết lập (mm)	MPE (mm)	Lần 1 No.1	Lần 2 No.2
100	20	0.02	20.00	20.00
	50	0.02	50.00	49.99
	100	0.02	100.00	100.00

Range Dải đo	Nominal Giá trị thiết lập (mm)	Lower Limited Giới hạn dưới	Reading Average Giá trị đọc trung bình	Upper Limited Giới hạn trên	Result Kết quả
100	20	19.98	20.00	20.02	Pass
	50	49.98	50.00	50.02	Pass
	100	99.98	100.00	100.02	Pass

3. Depth Scale Calibration/ Hiệu chuẩn đo độ cao

Range Dải đo	Nominal Giá trị thiết lập (mm)	MPE (mm)	Lần 1 No.1	Lần 2 No.2
180mm	20	0.02	20.00	20.01
	50	0.02	50.00	50.01
	100	0.02	100.00	99.99
	180	0.02	180.01	180.00

Range Dải đo	Nominal Giá trị thiết lập (mm)	Lower Limited Giới hạn dưới	Reading Average Giá trị đọc trung bình	Upper Limited Giới hạn trên	Result Kết quả
180mm	20	19.98	20.01	20.02	Pass
	50	49.98	50.01	50.02	Pass
	100	99.98	100.00	100.02	Pass
	180	179.98	180.01	180.02	Pass

Thực hiện bởi:

Kiểm tra bởi: