

MOONPO VINA

Lô 01/02, Khu công nghiệp Đồng Văn IV,
Phường Lê Hồ, Tỉnh Ninh BìnhGIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-111

Object/Tên thiết bị: Hộp nguồn
Manufacturer/Nhà sản xuất: PI-E03310
Asset/Số quản lý: DC Voltage
Range/Dải đo: Quy trình hiệu chuẩn: Quy trình hiệu chuẩn hộp nguồn Test

Calibration Date /Ngày thực hiện: 21/05/2026
Due Date/Hạn hiệu chuẩn: 21/05/2027
Result/Kết quả hiệu chuẩn: PASS
Calibration Location/Nơi thực hiện: MOONPO VINA
Environment/Điều kiện môi trường: 25.4°C/54.8%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
51195	HIOKI	DT4282	01/04/27	TSG-644666

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều

Range/Function Dải đo/Chức năng V	Giá trị đo được	MPE ±5%	Giới hạn trên V	Giới hạn dưới V	Result Kết quả
3.0	3.06	±5%	3.15	2.85	Pass
3.2	3.22	±5%	3.36	3.04	Pass
2.4	2.39	±5%	2.52	2.28	Pass

Thực hiện bởi:

Kiểm tra bởi: