

MOONPO VINA

Lô CN-01, Khu công nghiệp Đồng Văn IV,

Phước An 1, Hố, Tỉnh Ninh Bình

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-132

Object/Tên thiết bị:	Jig kiểm tra chức năng	Calibration Date /Ngày thực hiện:	21/05/2026
Manufacturer/Nhà sản xuất:	PIE06871	Due Date/Hạn hiệu chuẩn:	21/06/2027
Asset/Số quản lý:	DC Voltage	Result/Kết quả hiệu chuẩn:	PASS
Range/Dải đo:	WI-PIE	Calibration Location/Nơi thực hiện:	MOONPO VINA
Procedure/Quy trình hiệu chuẩn:		Environment/Điều kiện môi trường:	25.3°C/55.3%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
1	HIOKI	DT4282	01/04/27	TSG-644666

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều

Range/Funtion Dải đo/Chức năng V	Giá trị đo được	MPE ±5%	Giới hạn trên V	Giới hạn dưới V	Result Kết quả
3.10	3.11	±5%	3.255	2.945	Pass
4.50	4.50	±5%	4.725	4.275	Pass

Thực hiện bởi:

Kiểm tra bởi: