

MOONPO VINA

Lô CN-01, Khu công nghiệp Đồng Văn IV,
Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội



Object/Tên thiết bị/Đối tượng (Electric Balance)

Manufacturer/Nhà sản xuất: Meilen

Model/Kiểu: MT01

Asset/Số quản lý: PIE04861

Range/Dải đo: 1000g/0.01g

Procedure/ Quy trình hiệu chuẩn:

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Technical Data/(Thông số kỹ thuật):

Max (Tải lớn nhất): 3000g

d (Độ phân giải): 0.1g

Min (Tải nhỏ nhất): 0.1g

Level of Accuracy (Cấp chính xác): III

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-170

Calibration Date /Ngày thực hiện: 29/06/2026

Due Date/Hạn hiệu chuẩn: 29/06/2027

Result/Kết quả hiệu chuẩn: PASS

Calibration Location/Nơi thực hiện: MOONPO VINA

Environment/Điều kiện môi trường: 25.1°C/54.7%RH

Standard Weight Set : F2-10g-500g-2000g-5Kg

Error on each loading level (Sai số trên mỗi mức tải):

Loading level (Mức tải) 1 : 0 <m≤ 500 ± 0.5 g

Loading level (Mức tải) 2 : 500 <m≤ 2000 ± 1 g

Loading level (Mức tải) 3 : 2000 <m≤ 10000 ± 1.5 g

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. Repeatability Test @Load P= 15000 g / Kiểm tra độ lặp lại ở mức tải : 15000 g



Test No. Lần kiểm	1	2	3	4	MPE (±)	Results Kết quả
Giá trị hiển thị UUT Value	15006	15007	15016	15012	± 15	Pass/Đạt
Giá trị trung bình Average value (g)	15010.25					
Độ lặp lại Repaatability(g)	4.6458					

2. Repeatability Test @Load P= 30000 g / Kiểm tra độ lặp lại ở mức tải : 30000 g

Test No. Lần kiểm	1	2	3	4	MPE (±)	Results Kết quả
Giá trị hiển thị UUT Value	30008	30003	30004	30006	± 15	Pass/Đạt
Giá trị trung bình Average value (g)	30005.250					
Độ lặp lại Repaatability(g)	2.217					

3. Kiểm tra độ lệch tâm ở 10000g

Test No. Lần kiểm	Tâm	1	2	3	4	MPE (±)	Results Kết quả
Giá trị đo	10002	10005	10000	10005	10004	± 15	Pass/Đạt
Độ lệch tâm từng vị trí		3	-2	3	2		
Độ lệch tâm của cân		5.00					



4. Weighing Test

No. Lần kiểm	Load Mức tải	Đơn vị	Reading Giá trị đo	Error Độ lệch	MPE (±)	Results Kết quả
1	7000	g	7001	1	± 10	Pass/Đạt
2	17000	g	16999	1	± 15	Pass/Đạt
3	20000	g	20002	2	± 15	Pass/Đạt
4	25000	g	25001	1	± 15	Pass/Đạt

Thực hiện bởi:

Kiểm tra bởi: