

MOONPO VINA

Lô CN-21, Khu Công Nghiệp Vạn An IV,
Thị trấn Lê Hồng Thọ, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh



GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-315

Object/Tên thiết bị: Jlg test chức năng
Manufacturer/Nhà sản xuất: PIE06596
Asset/Số quản lý: DC Voltage
Range/Dải đo:
Procedure/Quy trình hiệu chuẩn: Quy trình hiệu chuẩn Jlg Test chức năng

Calibration Date /Ngày thực hiện: 06/10/2026
Due Date/Hạn hiệu chuẩn: 06/10/2027
Result/Kết quả hiệu chuẩn: PASS
Calibration Location/Nơi thực hiện: MOONPO VINA
Environment/Điều kiện môi trường: 26.4°C/54.8%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
61196	HIOKI	DT4282	01/04/27	TSG-644666

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều

Range/Funtion Dải đo/Chức năng V	Giá trị đo được	MPE ±5%	Giới hạn trên V	Giới hạn dưới V	Result Kết quả
4.5	4.55	±5%	4.725	4.275	Pass
4.8	4.85	±5%	5.04	4.56	Pass
3.6	3.64	±5%	3.78	3.42	Pass

Thực hiện bởi: Tar

Kiểm tra bởi: Nhaz