

MOONPO VINA

Lô CN-01, Khu công nghiệp Đồng Văn IV,
Phường Lê Hồ, Tỉnh Ninh BìnhGIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-168

Object/Tên thiết bị/Đối tượng (Electric Balance)

Manufacturer/Nhà sản xuất: Meilen

Model/Kiểu: MT01

Asset/Số quản lý: PIE03054

Range/Dải đo: 1000g/0.01g

Procedure/ Quy trình hiệu chuẩn:

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Technical Data/(Thông số kỹ thuật):

Max (Tải lớn nhất): 3000g

d (Độ phân giải): 0.1g

Min (Tải nhỏ nhất): 0.1g

Level of Accuracy (Cấp chính xác): III

Calibration Date /Ngày thực hiện: 29/06/2026

Due Date/Hạn hiệu chuẩn: 29/06/2027

Result/Kết quả hiệu chuẩn: PASS

Calibration Location/Nơi thực hiện: MOONPO VINA

Environment/Điều kiện môi trường: 25.1°C/54.7%RH

Standard Weight Set: F2-10g-500g-2000g-5Kg

Error on each loading level (Sai số trên mỗi mức tải):

Loading level (Mức tải) 1: 0 <m≤ 500 ± 0.5 g

Loading level (Mức tải) 2: 500 <m≤ 2000 ± 1 g

Loading level (Mức tải) 3: 2000 <m≤ 10000 ± 1.5 g

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. Repeatability Test @Load P= 15000 g / Kiểm tra độ lặp lại ở mức tải: 15000 g



Test No. Lần kiểm	1	2	3	4	MPE (±)	Results Kết quả
Giá trị hiển thị UUT Value	15001	15019	15018	15010	± 15	Pass/Đạt
Giá trị trung bình Average value (g)	15012.00					
Độ lặp lại Repaatability(g)	8.3666					

2. Repeatability Test @Load P= 30000 g / Kiểm tra độ lặp lại ở mức tải: 30000 g

Test No. Lần kiểm	1	2	3	4	MPE (±)	Results Kết quả
Giá trị hiển thị UUT Value	30001	30010	30000	30004	± 15	Pass/Đạt
Giá trị trung bình Average value (g)	30003.750					
Độ lặp lại Repaatability(g)	4.500					

3. Kiểm tra độ lệch tâm ở 10000g

Test No. Lần kiểm	Tâm	1	2	3	4	MPE (±)	Results Kết quả
Giá trị đo	10004	10000	10003	10005	10004	± 15	Pass/Đạt
Độ lệch tâm từng vị trí		-4	-1	1	0		
Độ lệch tâm của cân		5.00					



4. Weighing Test

No. Lần kiểm	Load Mức tải	Đơn vị	Reading Giá trị đo	Error Độ lệch	MPE (±)	Results Kết quả
1	7000	g	7001	1	± 10	Pass/Đạt
2	17000	g	16999	1	± 15	Pass/Đạt
3	20000	g	20002	2	± 15	Pass/Đạt
4	25000	g	25001	1	± 15	Pass/Đạt

Thực hiện bởi:

Kiểm tra bởi: