

MOONPO VINA

Lô CHAI - Khu công nghiệp Đồng Văn IV,
Phước Lễ Hào, Tỉnh Bình Định



GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-248

Object/Tên thiết bị: Hộp nguồn
 Manufacturer/ Nhà sản xuất: PLE00208
 Asset/ Số quản lý: DC Voltage
 Range/Dải đo:
 Procedure/ Quy trình hiệu chuẩn: Quy trình hiệu chuẩn hộp nguồn Test

Calibration Date /Ngày thực hiện: 05/09/2026
 Due Date/Hạn hiệu chuẩn: 05/09/2027
 Result/Kết quả hiệu chuẩn: PASS
 Calibration Location/Nơi thực hiện: MOONPO VINA
 Environment/Điều kiện môi trường: 25.4°C/54.8%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
51195	HIOKI	DT4282	01/04/27	TSG-644666

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BẢO CÁO

1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều

Range/Function Dải đo/Chức năng V	Giá trị đo được	MPE ±5%	Giới hạn trên V	Giới hạn dưới V	Result Kết quả
5.0	5.05	±5%	5.25	4.75	Pass
9	9.22	±5%	9.45	8.55	Pass
12	12.03	±5%	12.6	11.4	Pass

Thực hiện bởi: VmmKiểm tra bởi: [Signature]