

MOONPO VINA

Lô 2A-35, Khu công nghiệp Đồng Văn IV,
Phước Ninh, Tỉnh Ninh Bình



GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-195

Object/Tên thiết bị: Battery test Jig

Manufacturer/Nhà sản xuất:

Asset/Số quản lý: PIE05210

Range/Dải đo: 5kΩ-10MΩ

Calibration Date /Ngày thực hiện:

22/07/2026

Due Date/Hạn hiệu chuẩn:

22/07/2027

Result/Kết quả hiệu chuẩn:

PASS

Calibration Location/Nơi thực hiện:

MOONPO VINA

Environment/Điều kiện môi trường:

24.6°C/55%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Đồng hồ HIOKI

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
1	HIOKI	DT4282	22/07/2027	TSG-644666

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1.DC Voltage Accuracy test / kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều

Range/Funtion Dải đo (kΩ & MΩ)	Giá trị đo được	MPE ±5%	Giới hạn trên	Giới hạn dưới	Result Kết quả
5.000	5.005	±5%	5.300	4.7000	Pass
18.000	18.009	±5%	18.090	17.100	Pass
10.000	10.001	±5%	10.500	9.500	Pass

Thực hiện bởi:

Kiểm tra bởi: