MOONPO VINA
Lô CN-01, Khu công nghiệp Công Văn IV,
Phường Tân Hồ, Tỉnh Ninh Bình

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)
MPVN-2026-377

Object/*Tên thiết bị:*	Jig test kẹp	**Calibration Date /*Ngày thực hiện:***	03/11/2026
Manufacturer/*Nhà sản xuất:*		**Due Date/*Hạn hiệu chuẩn:***	03/11/2027
Asset/*Số quản lý:*	PIE00327	**Result/*Kết quả hiệu chuẩn:***	PASS
Range/*Dải đo:*	1.0-1.65mm	**Calibration Location/*Nơi thực hiện:***	MOONPO VINA
Procedure/ *Quy trình hiệu chuẩn: Quy trình hiệu chuẩn Jig Test kẹp*		**Evironment/*Điều kiện môi trường:***	25.4°C/54.8%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG: Caliper

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. Jig Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác

Range/Funtion Dải đo/Chức năng mm	Giá trị đo được	MPE ±5%	Giới hạn trên (mm)	Giới hạn dưới (mm)	Result Kết quả
1.0	1.01	±5%	1.05	0.95	Pass
1.65	1.65	±5%	1.7325	1.5675	Pass

Thực hiện bởi: _____ **Kiểm tra bởi:** _____