

# MOONPO VINA

Report Number (SỐ BÁO CÁO): MPVN-2026-05\_12

Object/Tên thiết bị: Ampe kế

Nhà sản xuất:

Asset/Số quản lý

Range/Dải đo

PIE00662

DC mA &  $\mu$ A

Calibration Date /Ngày thực hiện : 25/03/2026

Due Date/Hạn hiệu chuẩn : 25/03/2027

Calibration Location/Nơi thực hiện

Environment/Điều kiện môi trường

STANDARDS USED/CHUẨN SỬ DỤNG

Digital multimeter HIOKI

## REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

### 1. Calibration mA / Hiệu chuẩn đo mA

| Range/Funtion<br>Dải đo/Chức năng | Nominal<br>Giá trị thiết lập(mA) | MPE<br>$\pm 5\%$ | Giá trị đo được (mA) | Result<br>Kết quả |
|-----------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 200 mA                            | 68.00                            | $\pm 5\%$        | 68.00                | Pass              |

### 2. Calibration $\mu$ A/ Hiệu chuẩn đo $\mu$ A

| Range/Funtion<br>Dải đo/Chức năng | Nominal<br>Giá trị thiết lập( $\mu$ A) | MPE<br>$\pm 5\%$ | Giá trị đo được ( $\mu$ A) | Result<br>Kết quả |
|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|
| 50 $\mu$ A                        | 0.80                                   | $\pm 5\%$        | 0.80                       | Pass              |

Thực hiện bởi:

Tanh

Kiểm tra bởi:

Mr Z

BM-PIE-13-01/REV01