

MOONPO VINA

Lô CN 11, Khu Công Nghiệp Đông Văn IV,
Huyện Lạc Hố, Tỉnh Ninh Bình



GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-283

Object/Tên thiết bị: Jig test kẹp
 Manufacturer/Vấn sản xuất: PIE04321
 Asset/Số quản lý: 4.2-46.7mm
 Range/Dải đo:
 Procedure/ Quy trình hiệu chuẩn: Quy trình hiệu chuẩn Jig Test kẹp

Calibration Date /Ngày thực hiện: 11/09/26
 Due Date/Hạn hiệu chuẩn: 11/09/27
 Result/Kết quả hiệu chuẩn: PASS
 Calibration Location/Nơi thực hiện: MOONPO VINA
 Environment/Điều kiện môi trường: 26.4°C/54.8%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG: Caliper

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. Jig Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác

Range/Funtion Dải đo/Chức năng mm	Giá trị đo được	MPE ±5%	Giới hạn trên (mm)	Giới hạn dưới (mm)	Result Kết quả
9.0	8.95	±5%	9.45	8.55	Pass
4.2	4.16	±5%	4.41	3.99	Pass
46.7	46.69	±5%	49.035	44.365	Pass

Thực hiện bởi:

Kiểm tra bởi: