

MOONPO VINA

Là CN-01, Đơn vị công nghiệp Đồng Văn IV,
Phường Đồng Văn, Quận Bình Tân, TP. HCM

Object/Tên thiết bị

Manufacturer/ Nhà sản xuất

Asset/Số quản lý

Range/Dải đo

Procedure/ Quy trình hiệu chuẩn: Quy trình hiệu chuẩn hộp nguồn Test

Hộp nguồn

PIE04029

DC Voltage

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-296

Calibration Date /Ngày thực hiện:

26/09/2026

Due Date/Hạn hiệu chuẩn:

26/09/2027

Result/Kết quả hiệu chuẩn:

PASS

Calibration Location/Nơi thực hiện:

MOONPO VINA

Environment/Điều kiện môi trường:

25.4°C/54.8%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
51195	HIOKI	DT4282	01/04/27	TSG-644666

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều

Range/Funtion Dải đo/Chức năng V	Giá trị đo được	MPE ±5%	Giới hạn trên V	Giới hạn dưới V	Result Kết quả
5.0	5.08	±5%	5.25	4.75	Pass
7	7.03	±5%	7.35	6.65	Pass
12	12.1	±5%	12.6	11.4	Pass

Thực hiện bởi:

Kiểm tra bởi: