MOONPO VINA
Lô CN-01, Khu công nghiệp Đồng Văn IV,
Phường Lê Hồ, Tỉnh Ninh Bình

M.S.D.N: 0700834811 - CTTNHH
CÔNG TY TNHH MOONPO DEVELOPMENT
VIỆT NAM
LÊ HỒ - T. NINH BÌNH

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)
MPVN-2026-337

Object/*Tên thiết bị, Cân điện tử (Electric Balance)*		**Calibration Date /*Ngày thực hiện:***	12/10/2026
Manufacturer/ *Nhà sản xuất:*	Meilen	**Due Date/*Hạn hiệu chuẩn:***	12/10/2027
Model/*Kiểu:*	MT-01	**Result/*Kết quả hiệu chuẩn:***	PASS
Asset/*Số quản lý:*	PIE06635	**Calibration Location/*Nơi thực hiện:***	MOONPO VINA
Range/*Dải đo:*	1000g/0,01g	**Evironment/*Điều kiện môi trường:***	25.1℃/54.7%RH
Procedure/ *Quy trình hiệu chuẩn:*			

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Standard Weight Set : F2-10g-500g-2000g-5Kg

Technical Data/(Thông số kỹ thuật) :

Max (Tải lớn nhất) : 1000g

d (Độ phân giải) : 0,01g

Min (Tải nhỏ nhất) : 0,03

Level of Accuracy (Cấp chính xác) : III

Error on each loading level (Sai số trên mỗi mức tải):

Loading level (Mức tải) 1 : 0 <m≤ 50 ± 0.05 g

Loading level (Mức tải) 2 : 50 <m≤ 200 ± 0,1 g

Loading level (Mức tải) 3 : 200 <m≤ 1000 ± 0,15 g

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. Repeatability Test @Load P= 500 g / Kiểm tra độ lặp lại ở mức tải : 1000 g

Test No. Lần kiểm	1	2	3	4	MPE (±)	Results Kết quả
Giá trị hiển thị UUT Value	499.86	499.85	499.91	499.93	± 0.15	Pass/Đạt
Giá trị trung bình Average value (g)	499.89					
Độ lặp lại Repaatability(g)	0.0386					

2. Repeatability Test @Load P= 1000 g / Kiểm tra độ lặp lại ở mức tải : 1000 g

Test No. Lần kiểm	1	2	3	4	MPE (±)	Results Kết quả
Giá trị hiển thị UUT Value	999.90	999.86	999.93	999.95	± 0,15	Pass/Đạt
Giá trị trung bình Average value (g)	999.910					
Độ lặp lại Repaatability(g)	0.039					

3.Kiểm tra độ lệch tâm ở 200g

Test No. Lần kiểm	Tâm	1	2	3	4	MPE (±)	Results Kết quả
Giá trị đo	199.99	199.87	199.85	199.93	199.95	± 0,1	Pass/Đạt
Độ lệch tâm từng vị trí		-0.12	-0.14	-0.06	0		
Độ lệch tâm của cân		0.03					





4.Weighing Test

No. Lần kiểm	Load Mức tải	Đơn vị	Reading Giá trị đo	Error Độ lệch	MPE (±)	Results Kết quả
1	50	g	49.96	-0.04	± 0.05	Pass/Đạt
2	200	g	199.98	-0.02	± 0.1	Pass/Đạt
3	500	g	499.95	-0.05	± 0.15	Pass/Đạt
4	1000	g	999.97	-0.03	± 0.15	Pass/Đạt

Thực hiện bởi:_____ Kiểm tra bởi:_____