

MOONPO VINA

Lô CN-01, Khu công nghiệp Đồng Văn IV,
Phường Lê Hà, Tỉnh Minh Bình



GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)
MPVN-2026-142

Object/Tên thiết bị: Jig kiểm tra chức năng
 Manufacturer/Nhà sản xuất: PIE08949
 Asset/Số quản lý: DC Voltage
 Range/Dải đo: WI-PIE
 Procedure/Quy trình hiệu chuẩn: WI-PIE

Calibration Date /Ngày thực hiện: 21/05/2026
 Due Date/Hạn hiệu chuẩn: 21/05/2027
 Result/Kết quả hiệu chuẩn: PASS
 Calibration Location/Nơi thực hiện: MOONPO VINA
 Environment/Điều kiện môi trường: 25.3°C/55.3%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
1	HIOKI	DT4282	01/04/27	TSG-644666

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều

Range/Funtion Dải đo/Chức năng V	Giá trị đo được	MPE ±5%	Giới hạn trên V	Giới hạn dưới V	Result Kết quả
3.10	3.12	±5%	3.255	2.945	Pass
4.50	4.54	±5%	4.725	4.275	Pass

Thực hiện bởi:

Kiểm tra bởi: