

MOONPO VINA

Lô CN-01, Khu Công Nghiệp Đông Văn IV,
Thị trấn Lê Hồng, Tỉnh Ninh Bình



GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-284

Object/Tên thiết bị:

Jig test chức năng

Calibration Date /Ngày thực hiện:

11/09/28

Manufacturer/ Nhà sản xuất:

Due Date/Hạn hiệu chuẩn:

11/09/27

Asset/Số quản lý:

PIE04331

Result/Kết quả hiệu chuẩn:

PASS

Range/Dải đo:

DC Voltage

Calibration Location/Nơi thực hiện:

MOONPO VINA

Procedure/ Quy trình hiệu chuẩn: Quy trình hiệu chuẩn Jig Test chức năng

Environment/Điều kiện môi trường:

25.4°C/54.8%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
51195	HIOKI	DT4282	01/04/27	TSG-644666

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều

Range/Funtion Dải đo/Chức năng V	Giá trị đo được	MPE ±5%	Giới hạn trên V	Giới hạn dưới V	Result Kết quả
4.5	4.55	±5%	4.725	4.275	Pass
3.1	3.12	±5%	3.255	2.945	Pass
3.6	3.62	±5%	3.78	3.42	Pass

Thực hiện bởi:

Kiểm tra bởi: