

MOONPO VINA

Report Number (SỐ BÁO CÁO): MPVN-2026-02

Object/Tên thiết bị: Jig test chức năng

Calibration Date /Ngày thực hiện : 11/03/2026

Nhà sản xuất:

Due Date/Hạn hiệu chuẩn : 11/03/2027

Asset/Số quản lý

PIE01445

Result/Kết quả hiệu chuẩn

: PASS

Range/Dải đo

DC Voltage

Calibration Location/Nơi thực hiện

CôngTy MPVN

Environment/Điều kiện môi trường

24.6°C/55.1%RH

STANDARDS USED/CHUẨN SỬ DỤNG

Digital multimeter HIOKI

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO**I. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều**

Range/Funtion Dải đo/Chức năng V	Giá trị đo được	MPE ±5%	Giới hạn trên V	Giới hạn dưới V	Result Kết quả
3.3	3.29	±5%	3.47	3.1	Pass
2.4	2.44	±5%	2.52	2.3	Pass

Thực hiện bởi:

TanL

Kiểm tra bởi:

KTZ