

MOONPO VINA

Lô CN-01, Khu công nghiệp Đông Văn IV,
Phường Lê Mã, Tỉnh Ninh Bình

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-130

Object/Tên thiết bị:

Jig kiểm tra chức năng

Calibration Date / Ngày thực hiện:

21/05/2026

Manufacturer/ Nhà sản xuất:

Due Date/Hạn hiệu chuẩn:

21/05/2027

Asset/Số quản lý:

PIE05844

Result/Kết quả hiệu chuẩn:

PASS

Range/Dải đo:

DC Voltage

Calibration Location/Nơi thực hiện:

MOONPO VINA

Procedure/ Quy trình hiệu chuẩn: WI-PIE

Environment/Điều kiện môi trường:

25.3°C/55.3%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
1	HIOKI	DT4282	01/04/27	TSG-644666

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều

Range/Funtion Dải đo/Chức năng V	Giá trị đo được	MPE ±5%	Giới hạn trên V	Giới hạn dưới V	Result Kết quả
3.40	3.41	±5%	3.57	3.23	Pass
4.50	4.50	±5%	4.725	4.275	Pass
4.80	4.80	±5%	5.04	4.56	Pass

Thực hiện bởi:

Kiểm tra bởi: