

MOONPO VINA

Là CNQT, Công ty Cổ phần Công nghệ Đồng Vài IV,
Số 10 Đường Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh



GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)
MPVN-2026-295

Object/Tên thiết bị	Hộp nguồn	Calibration Date /Ngày thực hiện:	26/09/2026
Manufacturer/ Nhà sản xuất	PIE01438	Due Date/Hạn hiệu chuẩn:	26/09/2027
Asset/Số quản lý:	DC Voltage	Result/Kết quả hiệu chuẩn:	PASS
Range/Dải đo:		Calibration Location/Nơi thực hiện:	MOONPO VINA
Procedure/ Quy trình hiệu chuẩn:	Quy trình hiệu chuẩn hộp nguồn Test	Environment/Điều kiện môi trường:	25.4°C/54.8%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
51196	HIOKI	DT4282	01/04/27	TSG-644666

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều

Range/Funtion Dải đo/Chức năng V	Giá trị đo được	MPE ±5%	Giới hạn trên V	Giới hạn dưới V	Result Kết quả
5.0	5.13	±5%	5.25	4.75	Pass
9	9.05	±5%	9.45	8.55	Pass
13	13.08	±5%	13.65	12.35	Pass

Thực hiện bởi: 

Kiểm tra bởi: 