



GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-38

Object/Tên thiết bị: Hộp nguồn

Manufacturer/ Nhà sản xuất:

Asset/Số quản lý: PIE 03304

Range/Dải đo: **DC Voltage**

Procedure/ Quy trình hiệu chuẩn: Quy trình hiệu chuẩn hợp nguồn Test

Calibration Date / Ngày thực hiện: 16/06/2026

Due Date/Hạn hiệu chuẩn: 16/05/2027

Result/Kết quả hiệu chuẩn: PASS

Calibration Location/Nơi thực hiện: MOONPO VINA

Environment/Điều kiện môi trường: 25.4°C/54.8%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
51195	HIOKI	DT4282	01/04/27	TSG-644666

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều

Range/Funtion Dải đo/Chức năng V	Giá trị đo được	MPE ±5%	Giới hạn trên V	Giới hạn dưới V	Result Kết quả
4.5	4.53	±5%	4.725	4.275	Pass
4.8	4.84	±5%	5.04	4.56	Pass
3.6	3.628	±5%	3.78	3.42	Pass

Thực hiện bởi: NW2

Kiểm tra bởi: _____