MOONPO VINA

LÔ CN-01, Khu công nghiệp Đông Văn IV, Phường Đông Hà, Tỉnh Ninh Bình

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-357

Object/*Tên thiết bị*:	Jig Go & No Go	**Calibration Date /*Ngày thực hiện*:**	24/10/2026
Manufature/*Nhà sản xuất*:		**Due Date/*Hạn hiệu chuẩn*:**	24/10/2027
Asset/*Số quản lý*:	PIE04790	**Result/*Kết quả hiệu chuẩn*:**	PASS
Range/*Dải đo*:	8.3mm-8.8mm	**Calibration Location/*Nơi thực hiện*:**	MOONPO VINA
Procedure/ *Quy trình hiệu chuẩn*: *Quy trình hiệu chuẩnJig Go & No Go*		**Evironment/*Điều kiện môi trường*:**	25.4°C/54.8%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number *Mã số thiết bị*	Manufacturer *Nhà sản xuất*	Model *Kiểu*	Due Date *Hạn hiệu chuẩn*	Report Number *Giấy chứng nhận số*
50222	Mitutoyo	CD-20 APX	18/05/2027	MPVN-2026-54

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. Kiểm tra độ dày

Range/Funtion Dải đo/Chức năng (mm)	Giá trị đo được	MPE ±0,5%	Giới hạn trên	Giới hạn dưới	Result Kết quả
8.3	8.32	±0,5	8.361	8.239	Pass
8.8	8.81	±0,5	8.8615	8.7385	Pass

Thực hiện bởi:_____ Kiểm tra bởi:_____