MOONPO VINA
Lô CN-01, Khu Công nghiệp Đồng Văn IV, Phường Lê Hồ, Tỉnh Ninh Bình

CÔNG TY TNHH MOONPO DEVELOPMENT VIỆT NAM

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-330

Object/*Tên thiết bị:*	Jig test chức năng	**Calibration Date /*Ngày thực hiện:***	09/10/2026
Manufacturer/*Nhà sản xuất:*		**Due Date/*Hạn hiệu chuẩn:***	09/10/2027
Asset/*Số quản lý:*	PIE00522	**Result/*Kết quả hiệu chuẩn:***	PASS
Range/*Dải đo:*	DC Voltage	**Calibration Location/*Nơi thực hiện:***	MOONPO VINA
Procedure/ *Quy trình hiệu chuẩn: Quy trình hiệu chuẩn Jig Test chức năng*		**Evironment/*Điều kiện môi trường:***	25.4°C/54.8%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number *Mã số thiết bị*	Manufacturer *Nhà sản xuất*	Model *Kiểu*	Due Date *Hạn hiệu chuẩn*	Report Number *Giấy chứng nhận số*
51195	HIOKI	DT4282	01/04/27	TSG-644666

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều

Range/Funtion Dải đo/Chức năng V	Giá trị đo được	MPE ±5%	Giới hạn trên V	Giới hạn dưới V	Result Kết quả
4.0	4.05	±5%	4.2	3.8	Pass
4.5	4.56	±5%	4.725	4.275	Pass
2.9	2.89	±5%	3.045	2.755	Pass

Thực hiện bởi: _____ **Kiểm tra bởi:** _____