

MOONPO VINA

Lô CN-01, Khu Vực Công Nghiệp Đông Văn IV,
Thị trấn Lê Hồng, Tỉnh Ninh Bình

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-215

Object/Tên thiết bị: Jig test chức năng
 Manufacturer/Nhà sản xuất: PIE00641
 Asset/Số quản lý: DC Voltage
 Range/Dải đo: Quy trình hiệu chuẩn: Quy trình hiệu chuẩn Jig Test chức năng

Calibration Date /Ngày thực hiện: 31/07/2026
 Due Date/Hạn hiệu chuẩn: 31/07/2027
 Result/Kết quả hiệu chuẩn: PASS
 Calibration Location/Nơi thực hiện: MOONPO VINA
 Environment/Điều kiện môi trường: 25.4°C/54.8%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
51195	HIOKI	DT4282	01/04/27	TSG-644666

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều

Range/Funtion Dải đo/Chức năng V	Giá trị đo được	MPE ±5%	Giới hạn trên V	Giới hạn dưới V	Result Kết quả
3.4	3.43	±5%	3.57	3.23	Pass
3.2	3.18	±5%	3.36	3.04	Pass
2.4	2.42	±5%	2.52	2.28	Pass

Thực hiện bởi:

Kiểm tra bởi: