

MOONPO VINA

Lô CN-01 - Khu Công Nghiệp Đồng Văn IV,
Phường Lê Lợi, Quận Ninh Bình



GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-250

Object/Tên thiết bị: Hộp nguồn
 Manufacturer/Nhà sản xuất: PIE01794
 Asset/Số quản lý: DC Voltage
 Range/Dải đo: DC Voltage
 Procedure/Quy trình hiệu chuẩn: Quy trình hiệu chuẩn hộp nguồn Test

Calibration Date/Ngày thực hiện: 05/09/2026
 Due Date/Hạn hiệu chuẩn: 05/09/2027
 Result/Kết quả hiệu chuẩn: PASS
 Calibration Location/Nơi thực hiện: MOONPO VINA
 Environment/Điều kiện môi trường: 25.4°C/54.8%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
51195	HIOKI	DT4282	01/04/27	TSG-644666

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BẢO CÁO

1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều

Range/Function	Giá trị đo được	MPE	Giới hạn trên V	Giới hạn dưới V	Result
Dải đo/Chức năng V		±5%			Kết quả
3.0	3.12	±5%	3.15	2.85	Pass
6	6.05	±5%	6.3	5.7	Pass
9	9.03	±5%	9.45	8.55	Pass

Thực hiện bởi: VanKiểm tra bởi: [Signature]