

MOONPO VINA

Lô CN-D1, Khu công nghiệp Đồng Văn IV,

Phường 14 Hố, Tỉnh Ninh Bình



GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-155

Object/Tên thiết bị: Jig kiểm tra chức năng Calibration Date /Ngày thực hiện: 21/05/2026
Manufacturer/Nhà sản xuất: PIE06060 Due Date/Hạn hiệu chuẩn: 21/05/2027
Asset/Số quản lý: DC Voltage Result/Kết quả hiệu chuẩn: PASS
Range/Dải đo: Calibration Location/Nơi thực hiện: MOONPO VINA
Procedure/ Quy trình hiệu chuẩn: WI-PIE Environment/Điều kiện môi trường: 25.3°C/55.3%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
1	HIOKI	DT4282	01/04/27	TSG-644666

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều

Range/Funtion Dải đo/Chức năng V	Giá trị đo được	MPE ±5%	Giới hạn trên V	Giới hạn dưới V	Result Kết quả
1.60	1.61	±5%	1.68	1.52	Pass
2.40	2.40	±5%	2.52	2.28	Pass
3.00	3.02	±5%	3.15	2.85	Pass

Thực hiện bởi: 

Kiểm tra bởi: 