**MOONPO VINA**
Lô CN-01, Khu công nghiệp Đồng Văn IV,
Phường Lê Hồ, Tỉnh Ninh Bình

M.S.D.N: 0700634877 - CTTNHH
CÔNG TY TNHH MOONPO DEVELOPMENT VIỆT NAM
T. NINH BÌNH - T. LÊ HỒ

# GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
## *CERTIFICATE OF CALIBRATION*

**Giấy chứng nhận số (Certificate number)**
**MPVN-2026-339**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Object/*Tên thiết bị:* Cân điện tử *(Electric Balance)*** | | **Calibration Date /*Ngày thực hiện:*** | **13/10/2026** |
| **Manufacturer/ *Nhà sản xuất:*** | **JADEVER** | **Due Date/*Hạn hiệu chuẩn:*** | **13/10/2027** |
| **Model/*Kiểu:*** | **JCN-30K** | **Result/*Kết quả hiệu chuẩn:*** | **PASS** |
| **Asset/*Số quản lý:*** | **PIE05311** | **Calibration Location/*Nơi thực hiện:*** | **MOONPO VINA** |
| **Range/*Dải đo:*** | **30000g/1g** | **Evironment/*Điều kiện môi trường:*** | **25.1℃/54.7%RH** |
| **Procedure/ *Quy trình hiệu chuẩn:*** | | | |

**STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG**
**Standard Weight Set : F2-10g-500g-2000g-5Kg**

**Technical Data/(Thông số kỹ thuật) :**
**Max (Tải lớn nhất) : 30000g**
**d (Độ phân giải) : 1g**
**Min (Tải nhỏ nhất) : 20g**
**Level of Accuracy ( Cấp chính xác) : III**

**Error on each loading level ( Sai số trên mỗi mức tải):**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Loading level (Mức tải) 1 :** | **0** | **<m≤** | **500** | **±** | **0.5 g** |
| **Loading level (Mức tải) 2 :** | **500** | **<m≤** | **2000** | **±** | **1 g** |
| **Loading level (Mức tải) 3 :** | **2000** | **<m≤** | **10000** | **±** | **1.5 g** |

# REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

**1. Repeatability Test @Load P= 500 g / Kiểm tra độ lặp lại ở mức tải : 1000 g**

| Test No. Lần kiểm | 1 | 2 | 3 | 4 | MPE (±) | Results Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá trị hiển thị UUT Value | 500 | 500 | 500 | 500 | ± 0.5 | Pass/Đạt |
| Giá trị trung bình Average value (g) | 500.00 | | | | | |
| Độ lặp lại Repaatability(g) | 0.0000 | | | | | |

**2. Repeatability Test @Load P= 10000 g / Kiểm tra độ lặp lại ở mức tải : 10000 g**

| Test No. Lần kiểm | 1 | 2 | 3 | 4 | MPE (±) | Results Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá trị hiển thị UUT Value | 9.9890 | 9.9880 | 9.9890 | 9.9890 | ± 1 | Pass/Đạt |
| Giá trị trung bình Average value (g) | 9.989 | | | | | |
| Độ lặp lại Repaatability(g) | 0.001 | | | | | |

**3.Kiểm tra độ lệch tâm ở 30000g**

| Test No. Lần kiểm | Tâm | 1 | 2 | 3 | 4 | MPE (±) | Results Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá trị đo | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | ± 1.5 | Pass/Đạt |
| Độ lệch tâm từng vị trí | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Độ lệch tâm của cân | 0.10 | | | | | | |







**4.Weighing Test**

| No. Lần kiểm | Load Mức tải | Đơn vị | Reading Giá trị đo | Error Độ lệch | MPE (±) | Results Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | g | 500 | 0.01 | ± 0.1 | Pass/Đạt |
| 2 | 2000 | g | 1999 | 0.01 | ± 0.1 | Pass/Đạt |
| 3 | 10000 | g | 9.989 | 0.01 | ± 0.15 | Pass/Đạt |
| 4 | 30000 | g | 30000 | 0 | ± 0.15 | Pass/Đạt |

Thực hiện bởi: _____ Kiểm tra bởi: _____