

MOONPO VINA

Là CN-ĐK, Kinh doanh Dịch vụ Công Văn IV,
Phục vụ Lễ Hội-Tiệc Nhận Định



GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-320

Object/Đối tượng: Jig test chức năng
 Manufacturer/Nhà sản xuất: PIE05490
 Asset/Số quản lý: DC Voltage
 Range/Dải đo: DC Voltage
 Procedure/Quy trình hiệu chuẩn: Quy trình hiệu chuẩn Jig Test chức năng

Calibration Date /Ngày thực hiện: 06/10/2026
 Due Date/Hạn hiệu chuẩn: 06/10/2027
 Result/Kết quả hiệu chuẩn: PASS
 Calibration Location/Nơi thực hiện: MOONPO VINA
 Environment/Điều kiện môi trường: 26.4°C/54.8%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
51196	HIOKI	DT4282	01/04/27	TSG-644666

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều

Range/Function Dải đo/Chức năng V	Giá trị đo được	MPE ±5%	Giới hạn trên V	Giới hạn dưới V	Result Kết quả
3.0	3.04	±5%	3.15	2.85	Pass
3.2	3.21	±5%	3.36	3.04	Pass
2.4	2.45	±5%	2.52	2.28	Pass

Thực hiện bởi:

Kiểm tra bởi: