

MOONPO VINA

Là CN-CT, KH-ĐH, ĐGĐ, ĐP Đang Văn IV,
Phường Lê Hồng, Tỉnh Ninh Bình

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-219

Object/Tên thiết bị: Jig test chức năng
 Manufacturer/Nhà sản xuất: HIOKI
 Asset/Số quản lý: PIE00523
 Range/Dải đo: DC Voltage
 Procedure/ Quy trình hiệu chuẩn: Quy trình hiệu chuẩn Jig Test chức năng

Calibration Date /Ngày thực hiện: 31/07/2026
 Due Date/Hạn hiệu chuẩn: 31/07/2027
 Result/Kết quả hiệu chuẩn: PASS
 Calibration Location/Nơi thực hiện: MOONPO VINA
 Environment/Điều kiện môi trường: 25.4°C/54.8%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number
Mã số thiết bị	Nhà sản xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy chứng nhận số
51195	HIOKI	DT4282	01/04/27	TSG-644666

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. DC Voltage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều

Range/Funtion Dải đo/Chức năng V	Giá trị đo được	MPE ±5%	Giới hạn trên V	Giới hạn dưới V	Result Kết quả
4.5	4.5	±5%	4.725	4.275	Pass
4	4.2	±5%	4.2	3.8	Pass
2.9	2.93	±5%	3.045	2.755	Pass

Thực hiện bởi: Kiểm tra bởi: 