



GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-282

Objecção final:

Jig test kən

Calibration Date / Ngày thực hiện:

11/09/26

Manufacturer: Nhà sản xuất:

Due Date/Hạn hiệu chuẩn:

11/09/27

Assot/Số quân IV.

PIE04209

Result/Kết quả hiệu chuẩn:

PASS

Range/Dải đo:

4.2-46.7mm

Calibration Location/Nơi thực hiện:

MOONPO VINA

Procedure/ Quy trình hiệu chuẩn: Quy trình hiệu chuẩn Jig Test kẹp

Environment/Điều kiện môi trường:

26.4°C/54.8%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG: Caliper

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. Jig Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác

Range/Funtion Đại đo/Chức năng mm	Giá trị đo được	MPE ±5%	Giới hạn trên (mm)	Giới hạn dưới (mm)	Result Kết quả
9.0	8.96	±5%	9.45	8.55	Pass
4.2	4.18	±5%	4.41	3.99	Pass
46.7	46.88	±5%	49.035	44.365	Pass

Thực hiện bởi:

Kiểm tra bởi: