MOONPO VINA

Lô CN 01, Cụm Công nghiệp Đồng Văn IV, Phường Lê Hồ, Tỉnh Ninh Bình

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy chứng nhận số (Certificate number)

MPVN-2026-342

Object/*Tên thiết bị:*	Jig test chức năng	Calibration Date /*Ngày thực hiện:*	16/10/2026
Manufacturer/*Nhà sản xuất:*		Due Date/*Hạn hiệu chuẩn:*	16/10/2027
Asset/*Số quản lý:*	PIE00463	Result/*Kết quả hiệu chuẩn:*	PASS
Range/*Dải đo:*	DC Voltage	Calibration Location/*Nơi thực hiện:*	MOONPO VINA
Procedure/ *Quy trình hiệu chuẩn:*	*Quy trình hiệu chuẩn Jig Test chức năng*	Evironment/*Điều kiện môi trường:*	25.4°C/54.8%RH

STANDARDS USED / CHUẨN SỬ DỤNG

Asset Number *Mã số thiết bị*	Manufacturer *Nhà sản xuất*	Model *Kiểu*	Due Date *Hạn hiệu chuẩn*	Report Number *Giấy chứng nhận số*
51195	HIOKI	DT4282	01/04/27	TSG-644666

REPORT RESULTS / KẾT QUẢ BÁO CÁO

1. DC Voitage Accuracy Test/ Kiểm tra độ chính xác điện áp một chiều

Range/Funtion Dải đo/Chức năng V	Giá trị đo được	MPE ±5%	Giới hạn trên V	Giới hạn dưới V	Result Kết quả
3.0	3.05	±5%	3.15	2.85	Pass
3.2	3.24	±5%	3.36	3.04	Pass
2.0	2.04	±5%	2.1	1.9	Pass

Thực hiện bởi:_____ Kiểm tra bởi:_____